

Jagwire™

Boston  
Scientific  
Advancing science for life™

*Agilité et  
polyvalence*



La gamme de guides Jagwire augmente les possibilités de la CPRE. \*\*



Extrémité composée de tungstène pour la visualisation radioscopique et l'accès à la voie biliaire.

Le corps en Nitinol permet de résister aux plicatures conçu pour permettre le contrôle du cathéter lors de sa progression et le support lors de l'échange d'instruments.

Le motif noir et jaune permet une visualisation endoscopique claire réduisant la nécessité de recours à la radioscopie lors de l'échange d'instruments.

La surface antidérapante proximale ne requiert pas de précaution de manipulation particulière et offre un contrôle précis de la torsion.

Le revêtement Endoglide™ de la partie distale est conçu pour permettre une progression en douceur.

L'extrémité composée de tungstène facilite la visualisation radioscopique.

La partie distale hydrophile de 5 cm facilite le cathétérisme sélectif et la négociation des anatomies tortueuses.



Les dispositifs compatibles avec les systèmes RX permettent le contrôle indépendant des guides Jagwire pour l'amélioration du cathétérisme des voies biliaires.



Le Jagwire peut être bloqué en position intra canalaire lors de la CPRE pour simplifier l'échange.

Revêtement isolé électriquement† Le guide peut être laissé en place lors de la sphinctérotomie.

## RÉFÉRENCES

Référence	Modèle du corps	Ø ext. (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité	Conditionnement
M00556561	Standard	.025 / 0.64	450	Droite	Boîte de 2
M00556511	Standard	.025 / 0.64	450	Courbée	Boîte de 2
M00556521	Corps rigide*	.025 / 0.64	450	Droite	Boîte de 2
M00556531	Corps rigide*	.025 / 0.64	450	Courbée	Boîte de 2
M00556581	Standard	.035-.027 / 0.89-0.69	450	Droite	Boîte de 2
M00556591	Standard	.035-.027 / 0.89-0.69	450	Courbée	Boîte de 2
M00556601	Corps rigide*	.035-.027 / 0.89-0.69	450	Droite	Boîte de 2
M00556611	Corps rigide*	.035-.027 / 0.89-0.69	450	Courbée	Boîte de 2
M00556481	Corps rigide*	.025 / 0.64	260	Droite	Boîte de 2
M00556491	Corps rigide*	.025 / 0.64	260	Courbée	Boîte de 2
M00556461	Standard	.025 / 0.64	260	Droite	Boîte de 2
M00557641	Standard	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Droite	Boîte de 2
M00557651	Standard	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Courbée	Boîte de 2
M00557661	Corps rigide*	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Droite	Boîte de 2
M00557671	Corps rigide*	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Courbée	Boîte de 2
M00556841	Standard Extendable	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Droite	Boîte de 2
M00556851	Standard Extendable	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Courbée	Boîte de 2
M00556861	Corps rigide* extensible	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Droite	Boîte de 2
M00556871	Corps rigide* extensible	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Courbée	Boîte de 2
M00556621	Corps rigide*	.038 / 0.97	260	Droite	Boîte de 2

Images cliniques fournies par Adam Slivka, M.D., Ph.D., Directeur médical du laboratoire de gastro-entérologie Responsable de l'endoscopie, Centre des troubles digestifs, Université de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, États-Unis.

Guide Jagwire, brevet américain 5,379,779 et brevets européens 94926527.6-2.305 et EP714315

\* La rigidité du corps améliore le support lors de l'échange d'instruments \*\* Fichier de données Boston Scientific Corporation

† Se référer au mode d'emploi, aux mises en garde et aux précautions d'utilisation pour des informations complètes

\*\* Cholangiopancreatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

04/2015 - **Nom:** Jagwire™ - **Indication:** L'utilisation du guide Jagwire est indiquée pour la canulation sélective des conduits biliaires, notamment le cholédoque, le canal cystique et les voies biliaires droites et gauches. Le guide Jagwire est conçu pour être utilisé lors d'endoscopies biliaires pour l'introduction et le remplacement du cathéter. - **Classe:** Classe IIa - **Organisme:** CE0197 - **Fabricant:** Boston Scientific Corp. - Les indications, contre-indications, mises en gardes et mode d'emploi figurent sur la notice d'utilisation livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif.

Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ces dispositifs ne peuvent être vendus que sur prescription médicale. Des indications, contre-indications, mises en garde et instructions d'utilisation figurent sur la notice d'utilisation fournie avec chaque dispositif. Ces informations relatives à l'utilisation des produits sont destinées uniquement aux pays dont les produits sont enregistrés par les autorités compétentes.

ENDO-304305-AA Mars 2015. Imprimé en Les Pays-Bas par De Budelse/Gosling. \* Faire progresser la science, pour la vie™

**Boston Scientific**

Advancing science for life™

© 2015 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés. DINEND2148FD