

# Stent Duodenal WallFlex®

O stent de maior diâmetro em um sistema de entrega 10Fr TTS / OTW\*

O Stent Duodenal Wallflex é indicado para tratamento paliativo de obstruções gastroduodenais geradas por neoplasmas malignos.

## Stent Duodenal WallFlex® Informações para Pedidos

Número do pedido	STENT			SISTEMA DE ENTREGA			
	Diâmetro (mm) Alargamento	Corpo	Comprimento (cm)	Comprimento de Trabalho (cm)	Comp. Sistema de Entrega (cm)	Diâmetro do Cateter (Fr)	Diâmetro do Fio-guia (pol.)
M00565010			6				
M00565020	27	22	9	230	270	10	0,035
M00565030			12				

### Fios-Guia Recomendados

Fio Super Rígido 0,035 pol. - 500 cm  
H965180010

### Notas

#### \*De acordo com o mercado atual

- \*1. Dados arquivados na Boston Scientific Corporation: Testes Internos e Resultados de Lançamento Limitado
- \*2. "Palliation of patients with malignant gastric outlet obstruction with the WallFlex Enteral Stent: a multicentre study"; J.E. van Hooff, M. Mutignani, A. Repici, H. Messmann, H. Neuhaus, P. Fockens; UEGW 2005
- \*3. "A practical guide for choosing an expandable metal stent for GI malignancies: is a stent by any other name still a stent"; T.H. Baron; Gastrointestinal Endoscopy vol.54, n°2, 2001
- \*4. "Gastrointestinal Stenting"; Zollikoffer et al. ; European Radiology, 10, 2000
- \*5. "Self-expanding metal stents for gastroduodenal malignancies: Systematic review of their clinical effectiveness"; A. Dormann, S. Meisner; Endoscopy, 2004
- \*6. "Clinical Evidence on Gastroduodenal Stenting. Systematic Literature Review"; A.Dormann, S.Meisner; Boston Scientific Corporation, 2004
- \*7. "Enteral Stenting for the Palliation of Gastroduodenal Obstruction"; M.Mutignani; ESGENA Newsletter 2005
- \*8. "Metal Stents for decompression of acute colorectal obstruction"; A. Repici; UEGW 2001
- \*9. Imagens cedidas pelo Prof. R.Laugier, CHU la Timone, Marseille, França

As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo.

ATENÇÃO: A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo, incluindo sob prescrição médica.

# Boston Scientific

Delivering what's next.™

Distribuído por:

Boston Scientific Corporation  
One Boston Scientific Place  
Natick, MA 01760-1537  
www.bostonscientific.com/endoscopy  
www.wallflex.com

Informações para Pedidos  
1.888.225.3226

© 2007 Boston Scientific Corporation  
ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

BVG8150 01/07  
ENDO-176202-AA Agosto 2013

# Stent Duodenal WallFlex®

Controle. Flexibilidade. Tecnologia.

# Boston Scientific

Open  
to the  
Possibilities™