

IMAGEREADY™

MR-Conditional Systems

www.bostonscientific.com/imageready

Composantes du système compatible IRM conditionnel Boston Scientific ImageReady™ pour les appareils 1.5T et 3T¹.

Composantes	Modèle(s)	Approbation de Tesla
		3T 1.5T
Appareils		
Stimulateurs cardiaques		
ESSENTIO™ IRM, PROPONENT™ IRM, ACCOLADE™ IRM, VISIONIST™ X4 CRT-P, VALITUDE™ X4 CRT-P	L110, L111, L131, L210, L211, L231, L310, L311, L331, U228, U128	✓ ✓
Défibrillateurs		
Système S-ICD EMBLEM™	A209	✓
Système S-ICD EMBLEM™ MRI	A219	✓
AUTOGEN™, DYNAGEN™, INOGEN™, ORIGEN™	D000, D001, D002, D003, D020, D022, D021, D023, D045, D047, D044, D046, D050, D051, D052, D053, D174, D175, D176, D177, D020, D022, D150, D151, D152, D153, D010, D012, D140, D141, D142, D143, D011, D013	✓
MOMENTUM™, VIGILANT™, PERCIVA™, CHARISMA™, RESONATE™	D120, D121, D220, D221, D400, D401, D420, D421, D500, D501, D520, D521	✓
RESONATE™, VIGILANT™, ORIGEN™, CHARISMA™	D232, D233, D412, D413, D332, D333 D432, D433, D512, D513 D532, D533	✓ ✓
CRT-Ds		
AUTOGEN™, DYNAGEN™, INOGEN™, ORIGEN™	G050, G051, G056, G058, G140, G141, G146, G148, G150, G151, G156 G158, G172, G173, G177, G179	✓
MOMENTUM™, CHARISMA™, VIGILANT™	G124, G125, G128, G138, G224, G225, G228, G248, G324, G325, G328, G348, G424, G425, G428, G448, G524, G525, G528, G537, G548	✓
RESONATE™, VIGILANT™, CHARISMA™	G237, G247, G437, G447, G547	✓ ✓

Sondes		3T	1.5T
Sondes de stimulation INGEVITY™ IRM*	7731, 7732, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742, 7631, 7632, 7635, 7636, 7640, 7641, 7642	✓	✓
Sondes de stimulation FINELINE™ II	4456, 4457, 4458, 4459, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4479, 4480	✓	✓
Sondes de défibrillation ENDOTAK RELIANCE 4-SITE™	0265, 0266, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286, 0292, 0293, 0295, 0296, 0262, 0263, 0272, 0273	✓	✓
Sondes de défibrillation ENDOTAK RELIANCE™ DF-1	0127, 0128, 0129, 0137, 0138, 0139, 0147, 0148, 0149, 0157, 0158, 0159, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187		✓
Sondes gauches EASYTRAK 2™	4542, 4532, 4544		✓
Sondes de défibrillation RELIANCE 4-FRONT™	0636, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0662, 0663, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696	✓	✓
Électrode du système S-ICD EMBLEM™	3401, 3501		✓
Électrode sous-cutané Q-Trak	3400, 3010		✓
Sondes gauche ACUITY™ X4	4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678	✓	✓
Sondes gauche ACUITY™ Spiral	4591, 4592, 4593		✓
Accessoires		3T	1.5T
Manchon de suture pour les sondes de stimulation INGEVITY™ IRM	6402	✓	✓
Olives pour les sondes RELIANCE 4-FRONT™ ICD	6403	✓	✓
Olives pour les sondes FINELINE™ II	6220, 6221	✓	✓
Olives pour les sondes ACUITY™ X4	4603	✓	✓
Olives pour les sondes ACUITY™ Spiral	6100		✓
Olives pour les sondes EASYTRAK 2™	6773		✓
Obturateur pour connecteur IS-1	7145	✓	✓
Obturateur pour connecteur IS-4/DF-4	7148	✓	✓

1. Veuillez-vous référer au manuel d'utilisateur approprié pour les conditions des systèmes compatibles
IRM conditionnel ImageReady™ au www.bostonscientific.com/manuals

*Note: Les sondes Ingevity™ des modèles 77xx et 76xx ont toutes la même conception. Par conséquent, les modèles 76xx des sondes Ingevity sont approuvées compatibles IRM au Canada.