

MANUEL DU MEDECIN

LATITUDE™ NXT

Systeme de suivi à distance LATITUDE NXT

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel contient des informations sur le système de gestion patient LATITUDE NXT (« Système LATITUDE NXT »), qui comprend deux types de communicateurs différents : le COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES et le COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE. La disponibilité du COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE varie selon la région. Pour plus d'informations sur chaque modèle de Communicateur, voir "Présentation du Communicateur LATITUDE" en page 1-5.

La plupart des informations contenues dans ce manuel s'appliquent aux deux types de Communicateur. Dans ce cas, il est simplement fait référence à « Communicateur » ou « Communicateur LATITUDE ». Cependant, les distinctions sont précisées lorsque des différences apparaissent dans la façon dont les deux types de Communicateurs, ainsi que les différents modèles du même type de Communicateur, interagissent avec le système LATITUDE NXT.

Tout au long de ce manuel, trois méthodes de connexion au serveur LATITUDE NXT sont évoquées : cellulaire, Internet et téléphonique standard. La disponibilité des méthodes de connexion varie en fonction du modèle et de la région. Pour plus d'informations, voir "Présentation du Communicateur LATITUDE" en page 1-5. La disponibilité des capteurs (balance et tensiomètre) et de l'adaptateur USB complémentaire varie selon la région.

Public cible

Ce document est destiné aux médecins autorisés à utiliser le système de suivi à distance LATITUDE NXT.

Ce manuel porte sur LATITUDE NXT (Thérapie). Cependant, LATITUDE Clarity (Diagnostic) y est également largement évoqué en raison de l'interface utilisateur prévue du site Web LATITUDE. LATITUDE Clarity pourrait ne pas être disponible dans tous les pays. Ignorez les références à LATITUDE Clarity si elles ne sont pas disponibles dans votre centre.

REMARQUE : Lorsque les informations contenues dans ce manuel sont spécifiques à LATITUDE NXT ou LATITUDE Clarity, ces derniers sont directement évoqués. Lorsque les informations s'appliquent généralement aux deux, le manuel parle alors du site Web LATITUDE ou simplement, LATITUDE.

Conventions du manuel

Les représentations d'écrans utilisées dans ce manuel sont destinées à familiariser l'utilisateur à la disposition générale de l'écran du site Internet LATITUDE NXT. Les écrans réels observés lors de l'utilisation du site Internet LATITUDE NXT peuvent varier selon le modèle, la région et la langue.

Les noms de patients figurant aux écrans sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite.

À l'exception des titres ou si l'auteur souhaite souligner un point, les mots en gras dans ce manuel représentent les termes exacts apparaissant sur le site Internet LATITUDE NXT.

Dans ce manuel, « LATITUDE NXT » et « LATITUDE » sont des termes interchangeables pour désigner le même système, site Web, serveur, etc.

Marques

Les marques suivantes sont des marques de commerce de Boston Scientific Corporation ou de ses filiales : LATITUDE, LATITUDE Clarity, PaceSafe et HeartLogic.

Les marques tierces mentionnées dans ce manuel sont reprises comme suit :

- Adobe et Reader sont des marques d'Adobe Systems Incorporated.
- Internet Explorer et Microsoft Edge sont des marques de Microsoft Corporation.

- Mozilla et Firefox sont des marques de The Mozilla Foundation.
- Apple, Safari, Mac, iPad et iPhone sont des marques d'Apple Inc.
- Google Chrome est une marque de Google LLC.
- Les logos et la marque *Bluetooth*® sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc., toute utilisation de ces marques par Boston Scientific Corporation est soumise à une licence. Les autres marques et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version verhoort. Myn την χρησιμοποιείτε.
Aegunud versioón. Ärgе kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Novcojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

TABLE DES MATIÈRES

LE SYSTÈME DE SUIVI À DISTANCE LATITUDE NXT 1-1

CHAPITRE 1

Introduction : Système de gestion des patients LATITUDE NXT.....	1-2
Utilisation prévue.....	1-2
Bénéfices cliniques du système LATITUDE NXT.....	1-2
Contre-indications.....	1-2
Précautions.....	1-2
Effets indésirables.....	1-3
Limites du système.....	1-3
Serveur sécurisé.....	1-5
Présentation du Communicateur LATITUDE.....	1-5
Service Client LATITUDE.....	1-9
Équipement de suivi médical à domicile en option.....	1-10

Concepts de base.....	1-10
Accès aux données patient.....	1-11
Utilisateurs enregistrés.....	1-11
Relations entre le patient, le médecin et le centre.....	1-11
Groupes de patients.....	1-11
Privileges des utilisateurs du centre.....	1-12
Alertes.....	1-12
Alertes rouges.....	1-13
Alertes jaunes.....	1-14
Interrogation du dispositif.....	1-15
Interrogations automatiques et sur invites.....	1-17
Interrogations initiées par le patient.....	1-17

AVEC LE SYSTÈME DE SUIVI À DISTANCE LATITUDE NXT 2-1

CHAPITRE 2

Comment débiter.....	2-2
Application mobile.....	2-2
Configuration requise.....	2-2
Connexion et déconnexion.....	2-2
Navigation sur le site.....	2-5
Configuration du centre et des patients.....	2-5
Détails de la configuration.....	2-6
Page Afficher la Liste des Patients.....	2-8
Mise en forme et impression de rapports sur les patients.....	2-12
Outil Rechercher des patients.....	2-12
Inscription des patients et gestion de l'équipement.....	2-13
Inscription de nouveaux patients.....	2-13
Commande et distribution de l'équipement.....	2-14
Inscription de patients existants.....	2-14
Informations pour les patients.....	2-15
Configuration du système.....	2-15
Gestion des patients.....	2-15
Modification des données démographiques et des informations relatives à l'équipement du patient.....	2-15
Modification des groupes de patients.....	2-16
Transfert de patients.....	2-16

Désinscription de patients	2-16
Gestion des groupes de patients.....	2-17
Ajout de groupes de patients.....	2-17
Suppression de groupes de patients	2-17
Autres fonctions de gestion des groupes de patients	2-17
Gestion des comptes d'utilisateur.....	2-17
Ajout de comptes d'utilisateur.....	2-17
Suppression de comptes d'utilisateur	2-18
Mettre à jour la page de l'utilisateur du centre.....	2-18
Mots de passe.....	2-19
Mots de passe temporaires.....	2-19
Questions de sécurité.....	2-19
Modification du mot de passe.....	2-20
Réinitialisation d'un mot de passe oublié	2-20
Intégration au système DMI.....	2-21
Configuration de l'intégration DMI.....	2-22
Voir le journal DMI.....	2-24
Résolution des problèmes.....	2-25

SYMBOLES.....	A-1
ANNEXE A	

LE SYSTÈME DE SUIVI À DISTANCE LATITUDE NXT

CHAPITRE 1

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- "Introduction : Système de gestion des patients LATITUDE NXT" en page 1-2
- "Concepts de base" en page 1-10

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht kasutage.
Version obsolete. Mην την χρησιμοποιείτε.
Αεγονud versioo. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expirada. Não utilize.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

INTRODUCTION : SYSTÈME DE GESTION DES PATIENTS LATITUDE NXT

Le système de suivi à distance LATITUDE NXT (« système LATITUDE NXT ») permet aux membres autorisés d'un centre de surveiller régulièrement un patient et l'état de son dispositif implanté à distance. (Voir "Alertes" en page 1-12 pour connaître les états du patient et du dispositif sous surveillance.)

Les données recueillies à partir du dispositif implanté peuvent être associées aux données provenant d'une balance ou d'un tensiomètre. En associant ces mesures internes et externes aux antécédents médicaux, les médecins peuvent utiliser le système LATITUDE NXT pour obtenir une meilleure compréhension de l'état de santé cardiaque du patient et de son dispositif implanté. Les utilisateurs du centre peuvent régulièrement surveiller les dispositifs et convoquer les patients au cabinet, et ce en fonction des mentions figurant sur l'étiquette du dispositif implanté ou lorsque cela est cliniquement approprié.

Utilisation prévue

Le système LATITUDE NXT permet de communiquer à distance avec un dispositif implanté Boston Scientific compatible et de transférer les informations vers une base de données centrale. Le système LATITUDE NXT fournit des données relatives au patient pouvant être utilisées pour l'examen clinique du patient.

Bénéfices cliniques du système LATITUDE NXT

Lorsqu'il est utilisé comme indiqué conjointement avec une évaluation clinique en personne, le système Latitude NXT permet d'interroger à distance les dispositifs compatibles, ce qui, par rapport à une évaluation clinique en personne seule, peut réduire la nécessité d'interroger les dispositifs en personne. La surveillance à distance avec LATITUDE NXT permet une évaluation plus précoce des paramètres surveillés (y compris les événements cardiaques et les paramètres du dispositif) par rapport aux évaluations cliniques en personne uniquement.

Résumé sur la sécurité et les performances cliniques

Pour les clients de l'Union européenne, utilisez le nom du dispositif figurant sur l'étiquetage pour rechercher le résumé de sa sécurité et de ses performances cliniques, qui est disponible sur le site web de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed) : <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Contre-indications

Le système LATITUDE NXT est contre-indiqué pour une utilisation avec tout dispositif implanté autre qu'un dispositif implanté compatible Boston Scientific. Certains dispositifs implantés Boston Scientific ne sont pas compatibles avec le système LATITUDE NXT. Pour connaître les contre-indications relatives au dispositif implanté, veuillez vous référer au Guide du système correspondant au dispositif implanté Boston Scientific en cours d'interrogation.

Tout incident grave lié à cet appareil doit être signalé à Boston Scientific et à l'autorité de réglementation locale compétente.

Précautions

Les médecins doivent se connecter au site Internet LATITUDE NXT afin de recevoir les alertes. Des alertes peuvent apparaître quotidiennement sur le site Internet LATITUDE NXT. La principale notification des états d'alerte s'effectue par le biais de la page **Visualiser la Liste des Patients** sur le site Internet LATITUDE NXT. Bien que les notifications secondaires par e-mail ou SMS (Short Message Service) soient disponibles, ces alertes reposent sur des systèmes externes et peuvent être retardées ou ne jamais vous parvenir. Cette fonction de notification secondaire n'enlève pas ni ne diminue la nécessité de vérifier les alertes sur le site Internet LATITUDE NXT. (Les messages texte SMS ne sont pas disponibles dans tous les pays.)

Les données et les alertes relatives à un dispositif implanté sont généralement mises à votre disposition sur le site Internet LATITUDE NXT au cours des 15 minutes suivant une interrogation réussie. Cependant, le chargement des données peut prendre plus longtemps (jusqu'à 14 jours). Si le Communicateur ne parvient pas à interroger le dispositif implanté ou s'il ne réussit pas à se mettre en relation avec le serveur LATITUDE NXT

pour charger les données, 14 jours peuvent s'écouler avant que le serveur LATITUDE NXT ne détecte ces problèmes et que le site LATITUDE NXT n'informe l'utilisateur du centre qu'aucune surveillance n'est effectuée. Si ces deux problèmes se produisent en même temps, le délai de notification peut atteindre jusqu'à 28 jours. La notification des données et alertes du dispositif implanté peut être retardée ou ne jamais vous parvenir pour diverses raisons, notamment si :

- Il peut y avoir des limites du système. (voir "Limites du système" en page 1-3).
- Le Communicateur est débranché.
- Le Communicateur ne parvient pas à se connecter au serveur LATITUDE NXT par le biais de la méthode de connexion configurée.
- Le dispositif implanté et le Communicateur ne parviennent pas à établir ni à effectuer de séance de télémétrie.
- Le Communicateur est endommagé ou présente une défaillance.
- Le patient ne respecte pas les normes d'utilisation ou n'utilise pas le système LATITUDE NXT en suivant les instructions du Manuel du Patient.

L'utilisateur du centre peut identifier les patients non surveillés comme cela est décrit ci-dessus, en utilisant le filtre **Non surveillé** de la page **Visualiser la Liste des Patients** (voir Figure 2-4 Page Visualiser la Liste des Patients en page 2-8).

PRECAUTION : Assurez-vous que les paramètres de configuration d'alerte de chaque patient sont appropriés lors de l'inscription du patient et, le cas échéant, lors du remplacement du dispositif implanté.

PRECAUTION : Une mauvaise interprétation des données présentées peut entraîner un diagnostic erroné de l'état du patient ou du dispositif.

PRECAUTION : Les risques de données manquantes ou incorrectes sur le dispositif peuvent entraîner un mauvais diagnostic de l'état du patient ou de l'état du dispositif.

PRECAUTION : La capacité maximum de pesée de la balance (en option) est de 200 kg (450 livres). Ne mettez rien sur la balance qui dépasse la capacité de pesée.

En Europe, selon le type de Communicateur, la capacité maximum de pesée de la balance est différente : 200 kg (450 livres) avec le COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES et de 150 kg (330 livres) avec le COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE.

Le système de suivi à distance Latitude NXT n'a pas été évalué pour un usage pédiatrique.

Effets indésirables

Les patients peuvent également ressentir des effets psychologiques d'anxiété liés à la surveillance à distance des patients.

Limites du système

Le système LATITUDE NXT n'est pas conçu pour fournir de l'aide en cas d'urgence médicale. Les patients qui se sentent mal doivent appeler leur médecin ou le numéro des services d'urgence.

N'utilisez pas la surveillance à distance pour remplacer l'évaluation clinique en personne et sans dispositif. Des changements dans l'état du patient peuvent être manqués en raison d'un contact réduit avec le patient.

LATITUDE fournit des informations limitées sur le patient et ne doit pas être utilisé pour confirmer l'état de santé général du patient.

Le système LATITUDE NXT n'assure pas une surveillance continue. En tant que système de contrôle à distance, le système LATITUDE NXT fournit une surveillance périodique du patient en fonction des paramètres configurés par le médecin. Un grand nombre de facteurs internes et externes peuvent entraver, retarder ou empêcher l'acquisition et la transmission des informations relatives au dispositif implanté, au capteur et au patient, telles que celles-ci avaient été programmées par le médecin. Ces facteurs comprennent :

- **Horloge du dispositif implanté** — Le rapport correct des notifications d'alertes et des données du dispositif implanté par le système LATITUDE NXT dépend de la programmation précise de l'horloge du dispositif implanté au moyen d'un Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM). Ce rapport peut encore être affecté pendant quelque temps après la programmation correcte de l'horloge du dispositif implanté. Cela dépend de la quantité de données reçues comportant des informations horaires erronées et du décalage horaire lié à l'erreur de l'horloge du dispositif implanté.
- **Environnement du patient** — Afin de transmettre des données, le Communicateur doit être branché à une prise électrique. Le Communicateur doit également maintenir une connexion régulière avec le serveur LATITUDE NXT. Le patient doit se trouver dans la plage du Communicateur aux moments opportuns. Les interférences des radiofréquences (RF) émises par des appareils électroniques peuvent brouiller les communications entre le dispositif implanté et le Communicateur.
- **Méthodes de connexion au système LATITUDE NXT :**

- **Système téléphonique** — Pour les patients utilisant une ligne téléphonique standard, des variations de compatibilité dans l'infrastructure des différents opérateurs téléphoniques, ainsi que de la qualité de la ligne téléphonique entre l'intérieur de la maison du patient, l'équipement de l'opérateur téléphonique et les stations de communication, peuvent nuire à la transmission des données vers le système LATITUDE NXT. Tout autre équipement relié à la ligne téléphonique du foyer du patient peut également nuire à la transmission des données.

Service de transmission des données cellulaires — Pour les patients utilisant un réseau de données cellulaires, la couverture n'est pas garantie. Il peut s'avérer nécessaire de connecter un adaptateur cellulaire, le cas échéant. La couverture réelle peut varier en fonction du terrain, de la météo, du feuillage, des bâtiments ou d'autres constructions, de la force du signal et d'autres facteurs.

- **Connexion Internet** — Pour les patients utilisant une connexion Internet, la performance du Communicateur dépend de la présence d'un service Internet actif. En cas d'utilisation d'un adaptateur Ethernet USB pour se connecter, l'adaptateur doit rester branché au routeur/modem utilisé.

Pour les patients utilisant la **fonction Hotspot** sur leur appareil mobile pour la connexion Internet sans fil (non disponible dans tous les pays), ils doivent activer la fonction Hotspot et la technologie sans fil **Bluetooth®** sur leur appareil mobile à proximité de leur Communicateur pendant au moins une heure par jour et pour les interrogations manuelles du dispositif.

- **Capacité de mémoire du Communicateur** — La capacité de stockage maximale de la mémoire du Communicateur, utilisée pour conserver les données relatives au dispositif implanté, peut être atteinte si le Communicateur ne parvient pas à se connecter au serveur LATITUDE NXT pendant une période prolongée.
 - Si tel est le cas pour un **COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES**, le Communicateur efface de sa mémoire les données les plus anciennes recueillies depuis le dispositif implanté. Les données effacées ne contiennent pas d'alerte rouge et leur suppression permet d'enregistrer de nouvelles données. Si toutes les données du dispositif implanté comportent des alertes rouges, les plus anciennes sont alors effacées.
 - Si tel est le cas pour un **COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE**, le Communicateur efface de sa mémoire les données les plus anciennes recueillies depuis le dispositif implanté ; leur suppression permet d'enregistrer de nouvelles données.
- **Environnement médical** — Les mises en contact avec les médecins peuvent intervenir avec du retard pour diverses raisons, par exemple à cause d'un équipement informatique en réparation ou déconnecté, de

téléphones portables ne pouvant pas recevoir les messages texte d'alerte ou l'indisponibilité de l'équipe de suivi.

- **Les modifications de programme/configuration** — Dans des conditions normales, le Communicateur du patient doit être branché en permanence et fonctionner correctement, comme cela est décrit dans le manuel du patient. Dans ces conditions normales d'utilisation, le délai d'application des modifications du calendrier ou des paramètres de configuration envoyés sur le Communicateur du patient peut aller jusqu'à huit jours.
- **Le traitement des données** — L'acquisition et la transmission des données peuvent être retardées ou entravées pour les raisons suivantes :
 - Période d'indisponibilité temporaire, programmée et non programmée des serveurs.
 - Variations des délais de traitement et de chargement du serveur.
 - Autres problèmes de traitement des données.

Serveur sécurisé

Le serveur sécurisé LATITUDE NXT est une base de données informatique centralisée qui conserve les données patient, des dispositifs implantés et des capteurs provenant des Communicateurs LATITUDE NXT. Le serveur sécurisé LATITUDE NXT conserve également les informations de configuration relatives au centre et à ses utilisateurs. Le serveur sécurisé LATITUDE NXT fournit les données figurant sur le site Internet LATITUDE NXT, auquel les utilisateurs autorisés peuvent accéder à tout moment. Les données fournies sur le site Internet LATITUDE NXT comprennent les données les plus récemment reçues et provenant des dispositifs implantés et des capteurs, ainsi que les antécédents médicaux relatifs à des suivis à distance antérieurs pour le centre associé au dispositif implanté actuel.

Présentation du Communicateur LATITUDE

Méthodes de connexion disponibles en fonction du modèle

Un composant clé du système LATITUDE NXT est le Communicateur LATITUDE, un dispositif de suivi des patients à domicile. Le Communicateur lit les informations sur le dispositif implanté selon le calendrier configuré par le centre. Il envoie ensuite les données au serveur LATITUDE NXT via l'une des méthodes de connexion suivantes : cellulaire, Internet ou téléphonique standard. Les détails relatifs aux méthodes de connexion et la disponibilité par modèle sont repris comme suit.

Consultez "Modèles de communicateur selon le pays" en page 1-7 et "Méthodes de connexion selon le pays et le modèle (en dehors du pays de résidence)" en page 1-8 pour obtenir de plus amples informations spécifiques aux régions.



COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES (modèles 6288/6290 – la disponibilité des modèles varie selon la région)

- Pour la connexion cellulaire, tous les modèles utilisent un :
 - Adaptateur cellulaire USB LATITUDE.
- Pour la connexion Internet, tous les modèles utilisent :
 - L'adaptateur Ethernet USB LATITUDE ou
 - La fonction Hotspot d'un appareil mobile (requiert un adaptateur USB complémentaire – la disponibilité varie selon la région).
- Pour une connexion téléphonique standard, le cas échéant, tous les modèles :
 - Prennent uniquement en charge le mode de numérotation analogique par tonalité.



COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE (modèles 6468/6496 – la disponibilité des modèles varie selon la région)

- Pour la connexion cellulaire :
 - le modèle 6468 utilise un adaptateur cellulaire externe.
 - le modèle 6496 ne prend pas en charge une connexion cellulaire.
- Pour la connexion Internet :
 - Ne prend pas en charge la connexion Internet.
- Pour une connexion téléphonique standard :
 - Prend en charge le mode de numérotation analogique par tonalité et par impulsion.

Pour toute information complémentaire, les détails du Communicateur de chaque modèle sont inclus dans les guides de résolution des problèmes se trouvant à la page **Aide/Nous contacter** du site Internet LATITUDE NXT. Pour obtenir des informations sur le fonctionnement et la configuration des Communicateurs, consultez le Guide Quick Start ou le Manuel du patient applicable.

REMARQUES :

- Le Communicateur LATITUDE peut uniquement lire les informations contenues dans un dispositif implanté et ne peut pas reprogrammer, commander de tests de sonde, ou modifier les fonctions de ce dispositif implanté. Le dispositif implanté ne peut être reprogrammé qu'au moyen d'un Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM).
- Le Communicateur LATITUDE ne fournit pas de surveillance continue. Il lit les informations sur le dispositif implanté aux moments définis par l'utilisateur du centre.
- Lorsque le Communicateur LATITUDE se connecte au serveur LATITUDE NXT, il reçoit des mises à jour régulières relatives au calendrier et à la configuration. Ces mises à jour sont saisies par l'utilisateur du centre sur le site Internet LATITUDE NXT.
- Le centre fournit le Communicateur LATITUDE au patient après l'inscription de celui-ci dans le système LATITUDE NXT. Une fois que le patient a activé le Communicateur, conformément aux instructions du manuel du patient, le Communicateur peut interroger le dispositif implanté du patient. (Voir "Interrogation du dispositif" en page 1-15.)
- Le Communicateur utilise un système de communication sans fil (de radiofréquence) pour communiquer avec le dispositif implanté du patient ainsi qu'avec la balance et le tensiomètre en option. Cette transmission peut être perturbée par des interférences électro-magnétiques. Les patients doivent éviter de placer leur Communicateur autour ou à proximité immédiate de tout autre élément sans fil (tel que des téléphones cellulaires) et source d'énergie électromagnétique (tels que des fours à micro-ondes ou des écrans d'ordinateur). Pour les patients ayant un S-ICD pris en charge sur LATITUDE, la communication sans fil entre le Communicateur et un S-ICD est sensible à l'orientation et à la distance. Dans certaines positions, le Communicateur peut nécessiter un rapprochement du S-ICD pour effectuer une interrogation. Veuillez contacter le Service Client LATITUDE si le patient a besoin d'aide pour trouver un emplacement adéquat pour son Communicateur ou si vous avez des questions relatives aux sources d'interférences potentielles.
- L'utilisation du Communicateur LATITUDE est réservée à un seul patient uniquement. Dès qu'un Communicateur a été utilisé par un patient, il ne peut pas être reconfiguré ou distribué à un patient différent.

Modèles de communicateur selon le pays

Le Communicateur LATITUDE, désigné par modèle tel que dans le tableau ci-après, est conçu pour fonctionner dans les pays suivants.

Tableau 1-1. Modèles de communicateur selon le pays

Pays	Modèles de Communicateur sans fil à écran tactile		Modèles de Communicateur sans fil à ondes	
	6468	6496	6288	6290
Australie et Nouvelle-Zélande		X	X	X
Autriche	X		X	X
Belgique	X		X	X
Chine*				X
République Tchèque	X		X	X
Danemark	X		X	X
Finlande	X		X	X
France	X		X	X
Allemagne	X		X	X
Grèce			X	X
Hong Kong				X
Hongrie			X	X
Islande*				X
République d'Irlande	X		X	X
Italie	X		X	X
Koweït*				X
Liban*				X
Malaisie*				X
Pays-Bas	X		X	X
Norvège	X		X	X
Pologne	X		X	X
Portugal	X		X	X
Qatar*				X
Arabie saoudite*			X	X
Singapour*				X
Slovaquie			X	X
Afrique du Sud*				X
Corée du Sud*				X
Espagne	X		X	X
Suède	X		X	X
Suisse	X		X	X
Thaïlande*				X
Émirats arabes unis*				X
Royaume-Uni	X		X	X

REMARQUE : Les pays marqués d'une astérisque ne prennent pas en charge les paramètres des interrupteurs pour une connexion téléphonique.

Méthodes de connexion selon le pays et le modèle (en dehors du pays de résidence)

Le Communicateur LATITUDE d'un patient est conçu pour fonctionner dans son pays de résidence (pays du centre envoyant le Communicateur), tel que décrit dans "Méthodes de connexion disponibles en fonction du modèle" en page 1-5, mais peut également fonctionner dans d'autres pays, en fonction du modèle et de la méthode de connexion. Les tableaux suivants sont organisés par pays de résidence et expliquent comment un Communicateur fonctionne en dehors de ce même pays. Veuillez contacter le Service Client LATITUDE pour de plus amples informations.

Australie et Nouvelle-Zélande

Méthode de connexion	Modèle 6496	Modèle 6288	Modèle 6290
Utilisation du Communicateur dans des pays autres que l'Australie et la Nouvelle-Zélande :			
Ligne téléphonique standard	Peut être soumis à des restrictions en raison des lois relatives aux radiofréquences (RF)		Pris en charge dans des pays ayant des paramètres d'interrupteurs pour une connexion téléphonique
Réseau cellulaire de données ou Internet	Non pris en charge	Peut être soumis à des restrictions en raison des lois relatives aux RF	Autorisé

Europe

Méthode de connexion	Modèle 6468	Modèle 6288	Modèle 6290
Utilisation du Communicateur dans des pays de l'Espace économique européen (EEE) autres que ceux répertoriés dans Tableau 1-1 Modèles de communicateur selon le pays en page 1-7 :			
Ligne téléphonique standard	Non pris en charge		
Réseau cellulaire de données	Autorisé		
Internet	Non pris en charge	Autorisé	
Utilisation du Communicateur dans les pays en dehors de l'EEE : ^a			
Ligne téléphonique standard	Non pris en charge	Peut être soumis à des restrictions en raison des lois relatives aux RF	Pris en charge dans des pays ayant des paramètres d'interrupteurs pour une connexion téléphonique
Réseau cellulaire de données	Peut être soumis à des restrictions en raison des lois relatives aux RF		Autorisé
Internet	Non pris en charge	Peut être soumis à des restrictions en raison des lois relatives aux RF	

- a. Lorsque vous voyagez dans un pays ne faisant pas partie de l'EEE, les données transmises depuis le Communicateur peuvent être sujettes aux lois de ce pays, qui peuvent offrir une protection des données et de la vie privée du patient moins importante que celles du pays de résidence du patient. Veuillez contacter le Service Client LATITUDE si vous souhaitez obtenir des informations spécifiques sur la protection des données.

Chine, Hong Kong, Islande, Koweït, Liban, Malaisie, Qatar, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Thaïlande et Émirats arabes unis

Le modèle 6290 de Communicateur LATITUDE est conçu pour fonctionner en Chine, Hong Kong, Islande, Koweït, Liban, Malaisie, Qatar, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Thaïlande, et les Émirats arabes unis mais son utilisation est également autorisée dans d'autres pays. Veuillez contacter le Service Client LATITUDE pour de plus amples informations.

Arabie saoudite

Méthode de connexion	Modèle 6288	Modèle 6290
Utilisation du Communicateur dans les pays autres que l'Arabie saoudite :		
Réseau cellulaire de données ou Internet	Peut être soumis à des restrictions en raison des lois relatives aux RF	Autorisé

Service Client LATITUDE

Le Service Client LATITUDE fournit une aide générale et technique en matière d'entretien aux clients utilisant le système LATITUDE NXT.

Les numéros de téléphone du Service Client LATITUDE figurent dans le tableau suivant.

Tableau 1-2. Numéros de téléphone du Service Client LATITUDE

Pays	Numéro
Australie	1800 528 488
Autriche	0800 202289
Belgique	0800 80697
Chine	4008801427
République Tchèque	239 016 657
Danemark	70 10 01 82
Finlande	010 80 48 19
France	0805 5404 22
Allemagne	069 51709 481
Grèce	442 035 647 788
Hong Kong	852 8105 5433
Hongrie	06 80 981 579
Islande	8004174
République d'Irlande	1800 851861
Italie	848 781164
Koweït	22089688
Liban	+961 1 956 777
Malaisie	(603) 7808 8000
Pays-Bas	0800 0292077
Nouvelle Zélande	0508 200 886
Norvège	81 00 00 47
Pologne	22 306 07 33
Portugal	800844729
Qatar	800 6520
Arabie saoudite	1 800 844 8246
Singapour	18006224909
Slovaquie	02 686 223 89
Afrique du Sud	800228000
Corée du Sud	+82-2-3483-1782

Tableau 1-2. Numéros de téléphone du Service Client LATITUDE (suite)

Pays	Numéro
Espagne	900 806108
Suède	020 160 57 07
Suisse	0844 000110
Thaïlande	1800012420
Émirats arabes unis	800035770015
Royaume-Uni	0800 678 16 44

Boston Scientific peut contacter le centre concernant le système LATITUDE NXT et/ou les patients gérés dans le système.

Équipement de suivi médical à domicile en option

La balance LATITUDE et le tensiomètre LATITUDE sont des éléments optionnels du système LATITUDE NXT. Ces éléments seront désignés sous le nom de *capteurs*. Ils permettent d'envoyer des mesures au Communicateur du patient par le biais d'une connexion sans fil. Pour le COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES, un adaptateur USB complémentaire fourni doit être branché au Communicateur afin que celui-ci puisse communiquer avec les capteurs du patient. Les capteurs ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Le Communicateur envoie automatiquement ces mesures au serveur LATITUDE NXT, où le médecin pourra les consulter. Lorsqu'elles sont détectées, les alertes de poids sont envoyées vers le serveur LATITUDE NXT. Pour le COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES, sauf si une alerte est détectée, les mesures reçues peuvent être transmises lors de la prochaine connexion programmée au serveur LATITUDE NXT (cela peut prendre jusqu'à sept jours). Pour le COMMUNICATEUR À ÉCRAN TACTILE, les mesures reçues peuvent être transmises chaque jour.

La balance et le tensiomètre sont conçus pour être utilisés par un seul patient uniquement. La balance et le tensiomètre d'un patient ne peuvent pas être reconfigurés et distribués à un autre patient.

Bien que le patient puisse utiliser la balance et le tensiomètre à tout moment, un seul relevé quotidien est transmis vers le site Internet LATITUDE NXT. Le relevé affiché correspond au dernier relevé, effectué au cours d'un intervalle de 20 minutes, à compter du premier relevé de la journée. L'objectif de cet intervalle de temps est de permettre aux patients de prendre à nouveau leurs mesures si nécessaire.

Un écart de poids de plus de 9,1 kg (20 lb) depuis la veille constitue une mesure non valable. Si aucune mesure n'est disponible pour la veille, un écart de poids de plus de 13,6 kg (30 lb) depuis le relevé le plus récent (jusqu'à sept jours) n'est pas considéré comme un résultat valable. L'annulation de valeurs indiquant une forte variation n'est pas possible avec les mesures de la tension artérielle.

REMARQUE : Si un patient reçoit un capteur de remplacement, son Communicateur doit d'abord se connecter au serveur LATITUDE NXT avant que les mesures prises avec ce nouveau capteur ne soient acceptées.

PRECAUTION : La capacité maximum de pesée de la balance (en option) est de 200 kg (450 livres). Ne mettez rien sur la balance qui dépasse la capacité de pesée.

En Europe, selon le type de Communicateur, la capacité maximum de pesée de la balance est différente : 200 kg (450 livres) avec le COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES et de 150 kg (330 livres) avec le COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE.

CONCEPTS DE BASE

Les sections suivantes abordent les concepts de base du système de suivi à distance LATITUDE NXT.

Accès aux données patient

Le système LATITUDE NXT recueille les données patient, qui sont des données de santé à caractère personnel. L'accès aux données patient n'est fourni qu'aux utilisateurs du centre autorisés, où est inscrit le patient. Les utilisateurs du centre peuvent être affectés à un groupe de patients dont le patient est membre. Le personnel désigné de Boston Scientific a également accès aux données patient. Toutes les procédures d'accès aux données patient du système LATITUDE sont consignées.

Utilisateurs enregistrés

Boston Scientific se réserve le droit de désactiver tout utilisateur ou compte dont l'utilisation ou l'accès au système LATITUDE NXT irait à l'encontre du Contrat de licence LATITUDE, des politiques relatives à LATITUDE ou de toute loi ou réglementation de protection des données et de la vie privée.

Les utilisateurs qui ne se sont pas connectés durant une longue période sont considérés comme inactifs et peuvent être supprimés.

Relations entre le patient, le médecin et le centre

La surveillance des patients via le système LATITUDE NXT se base sur la relation entre les patients et les centres. Chaque utilisateur du centre participant au système LATITUDE NXT possède un compte d'utilisateur associé à un centre particulier.

Chaque patient participant au système LATITUDE NXT peut être associé à deux centres différents maximum ou à deux groupes de patients différents dans un centre :

- **Centre (ou groupe de patients) de référence** (comprend généralement un médecin implanteur) — Ce centre est généralement responsable de la surveillance du dispositif implanté d'un patient, et notamment de la programmation régulière des examens de suivi du dispositif. Ce centre est également responsable de la prise en charge de toute alerte rouge détectée lorsque le dispositif implanté du patient est interrogé. Le centre principal prend aussi sous sa responsabilité la gestion des alertes jaunes si leur notification a été configurée. Afin d'être surveillés, tous les patients du système LATITUDE NXT doivent être affectés à un centre de référence.
- **Centre (ou groupe de patients) secondaire** (en règle générale, présence d'un cardiologue ou d'un spécialiste du cœur) — Un patient peut également être affecté à un centre secondaire. Ce centre n'est pas prévenu des alertes rouges, mais il peut surveiller les situations d'alertes jaunes en fonction du type de soins qu'il apporte à ce patient. En particulier, pour un patient souffrant d'insuffisance cardiaque, ce centre peut accueillir le spécialiste qui surveille son état par le biais de son poids, de sa tension artérielle et des tendances pertinentes mesurées par son dispositif implanté.

Groupes de patients

Un centre se compose d'un ou de plusieurs Groupes de patients créés pour la gestion efficace des patients. Par exemple, les groupes de patients peuvent être organisés par un médecin et/ou en fonction d'un lieu. Les utilisateurs du centre peuvent être affectés à un, plusieurs ou tous les groupes de patients. Les utilisateurs du centre affectés à un groupe de patients ont accès à tous les patients inscrits dans ce groupe. Les responsables LATITUDE du centre ont accès à tous les patients, dans tous les groupes de patients.

Les groupes de patients offrent des paramètres d'alertes et de configuration de calendrier par défaut pour tous les patients qui leur sont associés. Il est possible d'attribuer des paramètres personnalisés à un patient ; ces paramètres différeront des paramètres par défaut du groupe de patients.

PRECAUTION : Assurez-vous que les paramètres de configuration d'alerte de chaque patient sont appropriés lors de l'inscription du patient et, le cas échéant, lors du remplacement du dispositif implanté.

Les centres qui séparent les patients en groupes de patients peuvent associer un patient à deux groupes de patients. Le premier groupe de patients est considéré comme le groupe de référence et prend en charge le

dispositif du patient ; le deuxième groupe de patients constitue le groupe secondaire et surveille aussi l'état du patient.

Privilèges des utilisateurs du centre

Il existe trois types de niveaux de privilège accordés aux utilisateurs du centre qui contrôlent l'accès aux données du patient. Ils sont décrits ci-dessous. Les fonctions utilisables par chacun sont répertoriées dans le tableau suivant.

- **Accès en lecture seule** – Destiné aux utilisateurs devant travailler avec les données patient mais n'étant pas responsables du suivi des patients dans le système. L'accès est limité aux patients des groupes de patients concernés.
- **Accès limité** – À l'attention des utilisateurs responsables de la gestion des patients. Ces utilisateurs peuvent intégralement gérer les patients, mais leur accès est limité aux patients des groupes de patients concernés.
- **Accès total** (responsables du centre) – Destiné à l'utilisateur responsable de la gestion du centre, de ses utilisateurs et de ses patients. Le responsable peut avoir accès à tous les patients de tous les groupes de patients. Le responsable LATITUDE du centre peut créer des comptes d'utilisateur.

Tableau 1-3. Fonctions autorisées pour les utilisateurs du centre (par privilège)

Fonction	Accès total (responsable Latitude du centre)	Accès limité	Accès en lecture seule
	Tous les groupes de patients	Groupes de patients concernés	Groupes de patients concernés
Ajouter/Gérer les groupes de patients	✓		
Ajouter/Gérer les utilisateurs du centre	✓		
Inscrire/Gérer les patients	✓	✓	
Gérer la configuration des alertes et du calendrier	✓	✓	
Consulter les patients sur la page Visualiser la Liste des Patients	✓	✓	✓
Supprimer des patients sur la page Visualiser la Liste des Patients	✓	✓	
Voir les données et les rapports des patients ^a	✓	✓	✓
Modifier la configuration de l'intégration DMI	✓		
Envoyer des données au DMI :	✓	✓	

a. L'affichage des données patient ou des rapports enregistre l'action et peut mettre à jour le statut **Vérification** des **nouvelles données** sur **visualisé**, même en cas d'accès en **lecture seule**.

Alertes

Le système LATITUDE NXT génère des signalements d'alerte pour un certain nombre de situations, qui peuvent varier en fonction du modèle de dispositif implanté.

Il existe deux niveaux de situations donnant lieu à une alerte : Alertes rouges et alertes jaunes. Les alertes ont été conçues afin d'avertir les utilisateurs du centre de problèmes de santé éventuels ou d'événements cliniques relatifs à l'appareil. Les notifications d'alerte ne sont pas destinées à servir de base unique à une prise de décision concernant les soins médicaux du patient. Les alertes peuvent être examinées en accédant aux renseignements figurant sur le site Internet LATITUDE NXT et en utilisant un Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM) afin d'étudier les informations diagnostiques supplémentaires enregistrées sur le dispositif implanté.

Les situations d'alerte peuvent être détectées au cours des vérifications d'alertes quotidiennes telles que déterminées par le calendrier configuré, des interrogations de suivi hebdomadaires, des interrogations de suivi programmées, et des **interrogations initiées par le patient**. Le système LATITUDE NXT avertit les médecins du patient s'il détecte des situations d'alerte.

La notification des alertes s'effectue par le biais de la page **Visualiser la Liste des Patients** sur le site Internet LATITUDE NXT (Figure 2-4 Page Visualiser la Liste des Patients en page 2-8). Le système LATITUDE NXT envoie une notification lorsqu'il détecte une situation d'alerte. Pour la plupart des alertes, il n'envoie pas de notifications d'alerte pour la même situation, à moins que celle-ci ne soit plus détectée puis réapparaisse au cours d'une activité ultérieure de recueil de données.

Le personnel désigné de Boston Scientific peut également envoyer des notifications de situations d'alerte remplaçant celles fournies par le site Internet LATITUDE NXT. Si le système LATITUDE NXT ne parvient pas à fournir les données relatives à l'appareil implanté, le site Internet LATITUDE NXT ou le personnel de Boston Scientific peut envoyer des notifications d'alerte. Il est possible que le centre soit contacté à propos de données qui ne sont actuellement pas disponibles sur le site Internet LATITUDE NXT. Par exemple, s'il existe une situation d'alerte qui ne peut pas être extraite et affichée automatiquement par le site Internet LATITUDE NXT, le personnel de Boston Scientific peut contacter le centre pour l'informer de l'alerte.

REMARQUE : La plupart des mesures quotidiennes et des diagnostics journaliers sont activés nominalement dans le dispositif implanté. Néanmoins, si ces fonctions sont désactivées dans le dispositif implanté, le système LATITUDE NXT ne générera pas d'alerte liée à la ou aux fonction(s), même si l'alerte LATITUDE correspondante est activée. Le dispositif implanté doit d'abord mesurer et enregistrer des données avant que le système LATITUDE NXT détecte et génère une alerte rouge ou une alerte jaune.

Alertes rouges

Les situations présentant potentiellement le risque de priver le patient du traitement délivré par le dispositif implanté entraînent le signalement d'une alerte rouge.

Le site Internet LATITUDE NXT a été conçu afin d'avertir les utilisateurs du centre, affectés au groupe de patients primaire, si une alerte rouge est détectée par le Communicateur et envoyée sur le serveur LATITUDE NXT. Il n'est pas possible de désactiver les notifications d'alerte rouge (sauf pour le signal ventriculaire droit non physiologique détecté et les alertes de changement brusque de l'impédance de la sonde de stimulation ventriculaire droite). Si le Communicateur ne parvient pas à se connecter et à transférer les données relatives à l'alerte rouge en moins de 24 heures, l'un des indicateurs du Communicateur s'allume, indiquant que le patient doit prendre contact avec son centre.

Les notifications d'alerte rouge surviennent dans les situations suivantes, en fonction du modèle de l'appareil :

- Contrôle à distance désactivé en raison de la faible capacité des batteries
- Tension trop basse pour la capacité restante envisagée
- Impédance de sonde de choc hors de la plage
- Impédance de sonde de choc basse détectée lors de la tentative d'administration d'un choc
- Impédance de sonde de choc élevée détectée lors de la tentative d'administration d'un choc
- Impédance de la sonde de stimulation du ventricule droit ou d'une cavité cardiaque hors de la plage de valeurs recommandées
- Changement brusque de l'impédance de la sonde de stimulation ventriculaire droite

REMARQUE : Si plus de 14 jours s'écoulent entre les contrôles d'alerte, certaines données peuvent ne pas être évaluées pour la situation d'alerte.

- Signal ventriculaire droit non physiologique détecté

- Mode Tachy V réglé sur une valeur différente de Surveillance + Traitement
- Dysfonctionnement possible du dispositif
- Haute tension détectée au niveau de la sonde de choc lors de la charge
- Dispositif en Mode sécurité
- Dispositif en mode Protection du bistouri électrique

Pour les dispositifs S-ICD, les notifications d'alerte rouge surviennent dans les situations suivantes :

- La batterie du dispositif a atteint sa fin de vie (FDV)
- Impédance de l'électrode élevée
- Traitement off
- Dysfonctionnement possible du dispositif

Alertes jaunes

La notification des alertes jaunes est configurable et peut être choisie par l'un des groupes de patients du patient au système LATITUDE NXT. Un groupe de patients peut être configuré de façon à recevoir certaines, toutes ou aucune des alertes jaunes.

Les notifications des alertes jaunes peuvent être configurées pour les situations suivantes, en fonction du modèle de l'appareil :

- Indicateur d'implantation atteint
- Amplitude intrinsèque ventriculaire droite ou simple chambre hors de la plage de valeurs recommandées
- Seuil automatique du ventricule droit détecté comme étant > à l'amplitude programmée ou suspendu¹
- Amplitude VG intrinsèque hors de la plage de valeurs recommandées
- Impédance de la sonde de stimulation du ventricule gauche hors de la plage de valeurs recommandées
- Seuil automatique du ventricule gauche détecté comme étant > à l'amplitude programmée ou suspendu¹
- Amplitude atriale intrinsèque hors de la plage de valeurs recommandées
- Impédance de la sonde de stimulation atriale hors de la plage de valeurs recommandées
- Seuil automatique atrial détecté comme étant plus important que l'amplitude programmée ou suspendu¹
- Traitement par choc ventriculaire délivré pour convertir une arythmie
- Traitement par stimulation antitachycardique (ATP) délivré pour convertir une arythmie
- Épisode d'arythmie ventriculaire accélérée
- Épisodes TV (V > A)

1. Bien que le dispositif possède une fonction de capture automatique par le biais de la fonction PaceSafe, le système LATITUDE NXT n'évalue pas la capture ou la perte de capture et donnera uniquement l'alerte si la situation répond à certains critères et si l'alerte est détectée depuis le dispositif.

- Charge d'arythmie atriale au cours d'une période de 24 heures (au-delà d'une limite définie par l'utilisateur)

REMARQUE : Si plus de 14 jours s'écoulent entre les contrôles d'alerte, certaines données peuvent ne pas être évaluées pour la situation d'alerte.

- Événement mémorisé déclenché par le patient
- Épisode(s) non soutenu(s) d'arythmie ventriculaire
- Indice d'insuffisance cardiaque HeartLogic égal ou supérieur (un seuil défini par l'utilisateur)

REMARQUE : Lorsqu'une alerte survient, une interrogation quotidienne peut être configurée de sorte à se produire jusqu'à ce que la situation soit résolue.

- Pourcentage de stimulation du traitement par resynchronisation cardiaque (< à un pourcentage sélectionné par l'utilisateur)

REMARQUE : Cette situation ne génère pas d'alerte si le paramètre de la cavité de stimulation du dispositif implanté est programmé sur ventriculaire droit (VD) uniquement.

- Pourcentage de stimulation ventriculaire droite (> à un pourcentage sélectionné par l'utilisateur)
- Mode Brady du dispositif désactivé
- Erreur sur l'historique des traitements
- Prise de poids (au-delà d'une limite sélectionnée par l'utilisateur durant un certain nombre de jours défini par l'utilisateur)
- Diagnostic du dispositif du moniteur d'artefact du signal (MAS)

Pour les dispositifs S-ICD, les notifications des alertes jaunes peuvent être configurées pour les situations suivantes :

- La batterie du dispositif a reçu l'Indicateur de remplacement électif (IRE)
- Traitement par choc délivré pour convertir une arythmie
- Épisode non traité
- Détection non complètement optimisée
- Mesures de FA au cours d'une période de 24 heures (au-delà d'une limite définie par l'utilisateur)
- SMART Pass désactivé

Interrogation du dispositif

Le Communicateur peut effectuer plusieurs types d'interrogation du dispositif. Chaque type d'interrogation varie quant à la quantité et au type de données recueillies, comme indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 1-4. Recueil de données et détails de la configuration pour chaque type d'interrogation

Type d'interrogation	Interrogation complète (avec EGM/S-ECG temps réel) ^a	Interrogation complète (sans EGM temps réel)	Vérification d'une alerte rouge	Vérification d'une alerte jaune	Détails de la configuration
Suivis à distance programmés	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Désactivé/Manuel 1 semaine 2 semaines Intervalles mensuels de 1 à 12 mois Automatique sauf pour les patients S-ICD, qui reçoivent un message d'
Vérification d'alerte ^b (non disponible pour les patients S-ICD)	Si une alerte rouge ou jaune est détectée ^b		✓	✓ COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES uniquement	<ul style="list-style-type: none"> Chaque jour Non configurable
Données mises à jour/Interrogation ^b COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES uniquement	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Une interrogation PEM a récemment eu lieu^b ou Des capteurs ont été assignés et il n'y a pas eu d'interrogation complète au cours des sept derniers jours^b ou La fonction HeartLogic est activée et il n'y a pas eu d'interrogation complète au cours des sept derniers jours^b ou Une alerte de l'indice HeartLogic a été détectée au cours des sept derniers jours et les interrogations d'alerte quotidiennes sont actives^b
Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté ^b COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES Modèle 6290, patients S-ICD uniquement	Si une alerte rouge ou jaune est détectée ^b		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Hebdomadaire Configurable A l'invite
Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE uniquement	Si une alerte rouge est détectée ^b	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Hebdomadaire Configurable
Interrogations initiées par le patient (voir "Interrogations initiées par le patient" en page 1-17).	✓		✓	✓	Comme indiqué par le médecin

a. Pour les patients S-ICD, un S-ECG temps réel ne sera pas recueilli si le S-ICD est en mode IRM pendant l'interrogation à distance.

REMARQUE : Seuls les dispositifs IRM S-ICD peuvent être interrogés à distance en mode IRM.

b. COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES uniquement : Si l'une des alertes suivantes est détectée pendant une vérification d'alerte (ou pendant un **Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté** pour un S-ICD), le Communicateur tentera d'effectuer une interrogation complète avec un EGM/S-ECG temps réel :

1. Une **alerte rouge ou jaune du dispositif implanté**, ou
2. Une récente interrogation PEM (Programmateurs/enregistreur/moniteur), ou
3. Aucune interrogation complète n'a eu lieu au cours des sept derniers jours (pour les patients ayant des capteurs assignés), ou
4. Aucune interrogation complète n'a eu lieu au cours des sept derniers jours (pour les patients dont la fonction HeartLogic est activée), ou
5. Une alerte de l'indice HeartLogic a été détectée au cours des sept derniers jours et les interrogations d'alerte quotidiennes sont actives.

COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE uniquement : Si une **alerte rouge** est détectée, le Communicateur tentera également d'effectuer une interrogation complète avec un EGM en temps réel.

REMARQUE : Le personnel de Boston Scientific peut contacter le centre si un dispositif implanté utilise trop de télémétrie RF lors des interrogations à distance.

Interrogations automatiques et sur invites

Les interrogations automatiques se produisent sans aucun voyant d'indication sur le Communicateur et ne nécessitent aucune intervention du patient. Dans la plupart des cas, le patient ne sait pas qu'une interrogation se produit. Cependant, les interrogations sur demande exigent l'intervention du patient.

Les interrogations sur invites sont indiquées par un bouton blanc clignotant sur le Communicateur. Pour le COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES, le patient doit appuyer sur le bouton blanc clignotant pour lancer l'interrogation. Pour le COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE, le patient appuie également sur le bouton « Interroger » qui s'affiche sur l'écran. (Pour plus d'informations sur le Communicateur, consultez le manuel du patient connexe).

En général, la plupart des patients sont configurés pour des interrogations automatiques. Cependant, pour les patients S-ICD, toutes les invites d'interrogation sont indiquées par le clignotement du bouton Cœur blanc.

REMARQUE : Un bouton blanc clignotant peut également indiquer que le communicateur est incapable de terminer l'interrogation. Comme indiqué dans le Manuel du patient, le patient est invité à appuyer sur le bouton chaque fois que celui-ci clignote.

Interrogations initiées par le patient

Le Communicateur prend en charge les **interrogations initiées par le patient** (IIP) non programmées, qui fournissent les mêmes données que les interrogations de suivi programmées avec un EGM/S-ECG en temps réel.

Le Communicateur limite le nombre des **interrogations initiées par le patient** à l'une des valeurs suivantes, comme indiqué sur le site Internet LATITUDE NXT :

- Cinq par semaine (si la fonction est activée)
- Zéro (si la fonction est désactivée)

Les utilisateurs du centre affectés à un groupe de patients et qui disposent d'un accès complet ou limité à leurs données peuvent activer ou désactiver les IIP. Les IIP sont configurées pour tous les patients appartenant à un groupe de patients ou pour chaque patient via leur page **Modifier/afficher la configuration du calendrier et des alertes**.

Si les IIP sont désactivées ou que leur limite hebdomadaire a été atteinte, un utilisateur du centre peut autoriser une IIP en sélectionnant le bouton **Permettre une interrogation initiée par le patient** sur la page **Modifier/afficher la configuration du calendrier et des alertes du patient**. Avant de recommander une IIP, il est conseillé aux médecins de s'assurer que l'état du patient est stable, non symptomatique et que le patient est en mesure d'effectuer une IIP. Se reporter à "Précautions" en page 1-2 et "Limites du système" en page 1-3.

Les patients déclenchent une interrogation en appuyant sur le bouton Cœur du COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES OU en appuyant sur le bouton bleu du COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE. (Pour plus d'informations sur le Communicateur, consultez le manuel du patient connexe). Le Communicateur ne procédera pas à l'interrogation si cette fonction n'est pas activée ou si la limite a été atteinte.

Si le paramètre de configuration IIP est modifié, il prendra effet à la prochaine connexion du Communicateur avec le serveur LATITUDE NXT. Une période maximale de huit jours peut s'écouler avant que le Communicateur n'appelle le serveur LATITUDE NXT. Si les IIP sont désactivées au niveau du Communicateur et que le patient tente d'effectuer une interrogation, le Communicateur appellera le serveur LATITUDE NXT afin de vérifier la présence d'informations mises à jour.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívát.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Ne naudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expirada. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

AVEC LE SYSTÈME DE SUIVI À DISTANCE LATITUDE NXT

CHAPITRE 2

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- "Comment débiter" en page 2-2
- "Configuration du centre et des patients" en page 2-5
- "Page Afficher la Liste des Patients" en page 2-8
- "Outil Rechercher des patients" en page 2-12
- "Inscription des patients et gestion de l'équipement" en page 2-13
- "Configuration du système" en page 2-15
- "Gestion des patients" en page 2-15
- "Gestion des groupes de patients" en page 2-17
- "Gestion des comptes d'utilisateur" en page 2-17
- "Mots de passe" en page 2-19
- "Intégration au système DMI" en page 2-21
- "Résolution des problèmes" en page 2-25

COMMENT DÉBUTER

Le site Internet LATITUDE NXT offre aux médecins une manière pratique et sûre d'étudier les données provenant du dispositif implanté d'un patient et recueillies à leur demande par le Communicateur. Ce site fournit également des outils d'analyse et d'orientation.

Le site Internet LATITUDE NXT est accessible au personnel du centre à condition que celui-ci ait autorisé ces personnes à utiliser le site Internet LATITUDE NXT. Ces membres du personnel sont appelés utilisateurs du centre sur le site Internet LATITUDE NXT.

Application mobile

Europe uniquement : Les médecins autorisés à utiliser le site Internet LATITUDE NXT ont également la possibilité d'utiliser l'application mobile LATITUDE NXT accessible sur un appareil numérique mobile TM iPhoneTM d'Apple. Les médecins peuvent utiliser cette application mobile uniquement en anglais pour accéder aux informations patient uniquement en lecture seule et générer des rapports au format PDF (Portable Document Format), consultables via le navigateur ou via le logiciel AdobeTM ReaderTM. Une connexion Internet est requise.

Pour plus d'informations, depuis votre iPhone, naviguez vers :

- <http://www.bostonscientific.com/latitudenxt-mobile-europe>

Configuration requise

Le site Web LATITUDE a été développé de manière à prendre en charge les navigateurs Internet suivants¹ :

- Internet ExplorerTM Navigateur Internet

REMARQUE : Si les versions 8 et 9 d'Internet Explorer sont prises en charge pour la plupart des fonctions du site Internet, les utilisateurs peuvent toutefois rencontrer certains problèmes de performance, notamment des capacités graphiques réduites. Afin d'éviter ce problème, l'utilisation de la dernière version d'Internet Explorer est fortement conseillée.

- Navigateur Internet Microsoft Edge
- Mozilla FirefoxTM Navigateur Internet
- AppleTM SafariTM sur les navigateurs Internet MacTM, iPadTM et iPhoneTM
- Navigateur Google ChromeTM

Si vous utilisez un navigateur non pris en charge, le site Web LATITUDE peut ne pas fonctionner comme prévu.

Le logiciel AdobeTM ReaderTM ou tout autre logiciel de lecture de PDF compatible est requis pour visionner les rapports au format PDF.

L'utilisation d'un programme antivirus à jour est recommandée.

Connexion et déconnexion

Connectez-vous au site Internet LATITUDE en procédant comme suit :

1. Lancez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse Web de LATITUDE :

1. Le site Web Internet LATITUDE a été développé avec les navigateurs les plus couramment utilisés lors de sa conception et peut ne pas fonctionner correctement avec des versions plus récentes de ces navigateurs. Veuillez contacter le Service Client LATITUDE afin d'obtenir la liste des navigateurs Internet pris en charge.

<http://www.latitude.bostonscientific.com>

La page d'accès initiale s'affiche, comme illustrée sur la figure suivante.



Figure 2-1. Page d'accès initiale LATITUDE

2. Lors de votre première connexion au site Internet LATITUDE ou lorsque vous accédez au site Internet depuis un autre ordinateur, sélectionnez votre pays et la langue applicable.
 - Lors des connexions suivantes, le pays et la langue pourront être modifiés en cliquant sur **Changer le pays/la langue** sur la page de connexion, comme illustré sur la figure suivante. Vous revenez ainsi sur la page d'accès initiale.
 - Vous pouvez également utiliser le menu **Langue** en haut de chaque page pour modifier la langue à tout moment. Vous pouvez également utiliser le menu **Mon Profil** en haut de chaque page pour modifier la langue et le pays.
3. Cliquez sur le bouton **LATITUDE NXT** ou sur le bouton **LATITUDE Clarity** pour afficher la page de connexion illustrée dans la figure suivante.

(*) Cliquez sur ce lien pour modifier votre pays ou votre langue.

Figure 2-2. Page de connexion

4. Saisissez l'**identifiant de l'utilisateur** et le **mot de passe**, puis cliquez sur le bouton **Soumettre**.

REMARQUE : Cliquer sur le lien du Service Client LATITUDE affiche une liste de numéros de téléphone d'assistance.

Il est demandé aux utilisateurs se connectant pour la première fois sur le site Internet LATITUDE de modifier leur mot de passe temporaire et de remplir quelques questions de sécurité personnelles. Les questions de sécurité peuvent être utilisées ultérieurement par l'utilisateur afin de réinitialiser un mot de passe oublié (voir "Réinitialisation d'un mot de passe oublié" en page 2-20).

Une annonce ou un message diffusé peut s'afficher lorsque vous vous connectez.

Temporisation de la session de connexion — Une session individuelle débute chaque fois qu'un utilisateur se connecte au site Internet LATITUDE. Si l'utilisateur est connecté mais reste inactif pendant plus de 60 minutes, la session est automatiquement close, ce qui entraîne la déconnexion de l'utilisateur. L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

5. En cas d'authentification bifactorielle (TFA) requise, cliquez sur le bouton **Soumettre**, sélectionnez la méthode de réception du code de vérification TFA (message texte SMS ou e-mail), puis saisissez votre numéro de téléphone (téléphone mobile uniquement) ou votre adresse e-mail. Lorsque vous recevez le code de vérification, saisissez-le sur la page Authentification bifactorielle. Lors des connexions suivantes, vous recevrez automatiquement le code de vérification à saisir sur la page Authentification bifactorielle.

REMARQUE : L'authentification TFA, ainsi que les services de SMS et de courriel, peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Pour modifier la méthode d'envoi des codes de vérification, sur la page **Mettre à jour l'utilisateur du centre**, faites défiler jusqu'à **Informations de connexion** et **Sécurité**, et cliquez sur **Visualiser/Modifier l'authentification bifactorielle**.

Le responsable LATITUDE du centre ou le Service Client LATITUDE peut créer un code de vérification temporaire pour permettre à un utilisateur du centre de l'utiliser lors de sa prochaine connexion. Voir "Autres fonctions de gestion des groupes de patients" en page 2-17.

6. Déconnectez-vous du site Internet LATITUDE en cliquant sur le lien **Déconnexion** dans le coin supérieur droit de l'écran. Il est conseillé aux utilisateurs de fermer leur navigateur pour mettre fin au processus de déconnexion.

Navigation sur le site

La figure suivante illustre le bandeau supérieur et les boutons de navigation qui apparaissent sur le site Internet LATITUDE NXT. Les descriptions sont répertoriées dans le tableau suivant.




Figure 2-3. Bannière du système LATITUDE NXT

Tableau 2-1. Navigation sur le site

(1)	Mon Profil	Lien vers la page Mettre à jour l'utilisateur du centre pour l'utilisateur actuel.
(2)	Langue	Affiche la langue sélectionnée : liens vers la page Mettre à jour l'utilisateur du centre du profil de l'utilisateur actuel, où la langue sélectionnée peut être modifiée.
(3)	Aide/Nous contacter	Liens vers les coordonnées, les guides de résolution des problèmes et autres ressources. (voir "Résolution des problèmes" en page 2-25).
(4)	Déconnexion	Clôture la session de l'utilisateur.
(5)	Visualiser la Liste des Patients	Liens vers une page affichant une liste de patients auxquels l'utilisateur actuel a accès. (voir Figure 2-4 Page Visualiser la Liste des Patients en page 2-8).
(6)	Rechercher des patients	Liens vers la page Rechercher des patients . REMARQUE : Non disponible en Norvège.
(7)	Gérer le centre	Affiche les liens 8 à 11, concernant des actions en lien avec le centre.
(8)	Gérer l'intégration DMI	Liens vers une page permettant aux médecins de configurer l'intégration du système de dossiers médicaux informatisés (DMI), d'accéder et de télécharger le logiciel nécessaire pour l'intégration DMI et d'afficher l'état d'exportation de leurs fichiers DMI. (voir "Intégration au système DMI" en page 2-21).
(9)	Gérer les utilisateurs du centre	Liens vers la liste des utilisateurs du centre et les informations de configuration qui leur sont associées. (voir "Gestion des comptes d'utilisateur" en page 2-17).
(10)	Gérer les paramètres du centre	Liens vers les données démographiques du centre et des groupes de patients ainsi que les informations d'appartenance et de configuration qui leur sont associées. (voir "Gestion des groupes de patients" en page 2-17).
(11)	Inscrire un patient	Liens vers le formulaire d'inscription, qui permet aux médecins d'inscrire de nouveaux patients. (voir "Inscription de nouveaux patients" en page 2-13).
(12)	Passage de LATITUDE NXT à LATITUDE Clarity	Liens vers la page Tous les groupes de patients du site Web de LATITUDE Clarity.

CONFIGURATION DU CENTRE ET DES PATIENTS

Le tableau suivant indique les emplacements et types d'informations du site Internet LATITUDE NXT pouvant être configurés pour les groupes de patients et les patients individuels. Les informations de la section "Détails de la configuration" en page 2-6 fournissent des détails importants à propos des paramètres de configuration.

Tableau 2-2. Configuration des groupes de patients

Groupes de patients	Gérer le centre ⇒ Gérer les paramètres du centre
---------------------	--

Tableau 2-2. Configuration des groupes de patients (suite)

	Modifier/Afficher les valeurs par défaut du groupe de patients <ul style="list-style-type: none"> • Suivis à distance programmés • Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté • Interrogations initiées par le patient • Configuration des alertes • Notification d'alerte supplémentaire (e-mail et message texte SMS) (les messages texte SMS ne sont pas disponibles pour toutes les régions)
--	---

Tableau 2-3. Configuration d'un patient individuel

Patient individuel	Visualiser la Liste des Patients → Page de résumé patient (cliquez sur le nom du patient)
	Modifier/afficher la configuration du calendrier et des alertes <ul style="list-style-type: none"> • Prochain suivi à distance programmé • Suivis à distance programmés • Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté (disponibilité liée au type de dispositif implanté et au modèle de Communicateur) • Interrogations initiées par le patient • Configuration des alertes
	Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement <ul style="list-style-type: none"> • Informations générales • Dispositif implanté • Appartenance au groupe de patients • Équipement

Détails de la configuration

Enregistrer les paramètres

Vous devez sélectionner le bouton **Enregistrer et fermer** afin de garantir que toutes les modifications apportées aux paramètres de configuration soient conservées dans le système LATITUDE NXT. Vous pouvez sélectionner le bouton **Fermer sans enregistrer** si vous souhaitez ignorer les modifications et revenir aux paramètres sauvegardés dans la version précédemment enregistrée. Les modifications apportées aux paramètres sont mises à jour sur le Communicateur du patient concerné lors de la prochaine connexion du Communicateur avec le serveur LATITUDE NXT. **Une période maximale de huit jours peut s'écouler avant que le Communicateur n'appelle le serveur LATITUDE NXT. Tant que cette connexion n'a pas été effectuée, le Communicateur continuera de fonctionner avec l'ancienne configuration.**

Suivis à distance programmés

Des suivis à distance peuvent être programmés manuellement ou définis automatiquement. Pour une programmation manuelle, vous pouvez sélectionner une nouvelle date de suivi dès lors que le suivi prévu a été effectué. Pour une programmation automatique, le suivi suivant est automatiquement programmé par rapport à l'intervalle configuré et au jour de la semaine. La date programmée est calculée en fonction de la date de l'interrogation à distance programmée, à laquelle sont ajoutés l'intervalle configuré et le nombre de jours à partir de la journée configurée de la semaine (date programmée = date de l'interrogation + intervalle + jours configurés de la semaine).

Si le calendrier de suivi d'un patient (intervalle ou jour de la semaine) est modifié, la date du prochain suivi ne change pas, sous réserve que vous ne corrigiez pas vous-même cette date. Même dans le cas d'une programmation automatique, vous pouvez toujours sélectionner une nouvelle date de suivi au moyen du calendrier de programmation.

REMARQUE : Le nombre de jours utilisés pour un intervalle mensuel correspond à 30 fois le nombre de mois sélectionnés, sauf pour les périodes d'un mois et de trois mois, constituées respectivement de 31 et 91 jours. Le nombre de jours correspondant à des périodes de un à douze mois est donc égal à 31, 60, 91, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 et 360.

Bien que des **suivis à distance programmés** puissent être configurés par le médecin, la survenue des interrogations dépend du type de dispositif implanté :

- Sauf pour un patient avec un dispositif implanté S-ICD, les interrogations ont automatiquement lieu aux dates programmées. Le patient ne doit effectuer aucune action. Ces interrogations surviennent souvent sans que le patient ne s'en rende compte.
- Pour un patient avec un dispositif implanté S-ICD, les interrogations n'ont pas lieu de façon automatique ; un bouton Cœur blanc clignotant invite le patient à interroger son dispositif implanté.

Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté (COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES, modèle 6290, patients S-ICD uniquement)

Le **Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté** peut être activé ou désactivé. Lorsqu'il est activé, un bouton Cœur blanc clignotant invite le patient à interroger chaque semaine son dispositif implanté. Si une alerte rouge ou jaune du dispositif implanté est détectée, si une interrogation PEM a récemment eu lieu ou si aucune interrogation complète n'a eu lieu au cours des sept derniers jours (pour un patient avec des capteurs assignés), le Communicateur tentera d'effectuer une interrogation complète avec un S-ECG en temps réel et de télécharger les données.

Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté (COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE uniquement)

Le **Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté** peut être activé ou désactivé. Lorsque cette fonction est activée, un dispositif implanté est interrogé chaque semaine, les données sont téléchargées et toutes les alertes configurées détectées sont signalées. Si une alerte rouge est détectée, le Communicateur tentera également d'effectuer une interrogation complète avec un EGM en temps réel.

Interrogations initiées par le patient

Les **interrogations initiées par le patient (IIP)** peuvent être activées (cinq par semaine) ou désactivées. Vous pouvez également configurer une IIP supplémentaire à tout moment. Cette IIP supplémentaire peut être configurée à partir de la page **Modifier/afficher la configuration du calendrier et des alertes**. Voir "Interrogations initiées par le patient" en page 1-17.

Notification d'alerte supplémentaire

Une **Notification d'alerte supplémentaire** est disponible par message texte (SMS) et e-mail. (Les messages texte SMS ne sont pas disponibles dans tous les pays.) Ces rappels peuvent être uniquement configurés au niveau du Groupe de patients. Ils peuvent être configurés pour les **alertes rouges** uniquement ou pour les **alertes rouges et jaunes**. Le premier moyen de notification des alertes se fait par le biais de la page **Visualiser la Liste des Patients** sur le site Internet LATITUDE NXT (Figure 2-4 Page Visualiser la Liste des Patients en page 2-8).

Vous pouvez choisir de recevoir ces messages d'alerte **24 heures sur 24, 7 jours sur 7** ou bien aux **Heures ouvrables personnalisées (sauf congés)**. Si **Heures ouvrables personnalisées (sauf congés)** est sélectionné, les congés peuvent être exclus en cliquant sur le bouton **Ajouter un congé** et en saisissant le **Nom du congé** et la **Date**. Les messages sont envoyés à l'heure choisie, même si l'alerte relative à un patient a déjà été retirée. La réception de SMS et d'e-mails n'est pas garantie (voir la section "Précautions" en page 1-2).

Jusqu'à 3 numéros de téléphone et 3 adresses e-mail peuvent être configurés pour chaque groupe de patients. Lorsqu'une alerte est détectée, une notification est envoyée à chaque numéro de téléphone et à chaque adresse e-mail configurés. Ces notifications ne comportent pas d'informations permettant d'identifier le patient. L'utilisateur devra vérifier la page **Visualiser la Liste des Patients** sur le site Internet LATITUDE NXT.

Le système LATITUDE NXT permet d'envoyer un message test à chaque numéro de téléphone et à chaque adresse e-mail configurés.

Si de multiples alertes sont envoyées en même temps par le Communicateur du patient, un SMS ou un e-mail séparé sera envoyé pour chacune d'entre elles.

Patients individuels

Si vous souhaitez modifier les paramètres de configuration pour un patient individuel, veuillez décocher la case **Utiliser les valeurs par défaut du groupe de patients** sous chaque section concernée. Ceci vous permettra de modifier les paramètres pour ce patient. La date d'un suivi à distance programmé d'un patient peut être modifiée en cliquant sur cette dernière. Cette action affiche le calendrier de programmation, et vous pouvez y choisir une nouvelle date pour le suivi à distance programmé. Une nouvelle date peut être sélectionnée même si les suivis du patient sont automatiquement programmés par le biais d'un paramètre lié au Groupe de patients.

PAGE AFFICHER LA LISTE DES PATIENTS

La page **Visualiser la Liste des Patients** (illustrée comme suit) est la première page qui s'affiche après votre connexion sur le site Internet LATITUDE NXT. Les numéros dans la figure font référence aux éléments numérotés en dessous de la figure. Lors de la connexion initiale, par défaut, la page utilise le filtre **À vérifier** afin d'afficher les patients de tous les groupes de patients affectés. Après la connexion initiale, la page mémorise et conserve le filtre le plus récent utilisé et la sélection de la **Visualisation du groupe de patients** pour afficher les patients. Vous pouvez générer des rapports pour un ou plusieurs patients à partir de cette page.

Identifiant Patient/ Patient/ Dispositif	État de vérification	Dernière transmission du dispositif	Motif de la vérification Alertes	Prochain suivi à distance	État du suivi/Date	Actions
<input type="checkbox"/> pid268324 Martinez, Tyler AUTOGÉN X4 CRT-D G166	Nouvelles données	22 août 2020	Aucun(e) Initié par le patient	Aucun(e)	Sous surveillance	Retirer de la liste de vérification Menu Rapports
<input type="checkbox"/> pid891264 Hughes, Hannah ORIGEN EL ICD D050	Nouvelles données	25 août 2020	Plusieurs motifs	Aucun(e)	Sous surveillance	Retirer de la liste de vérification Menu Rapports
<input type="checkbox"/> pid47231 Mitchell, Sophia INLIVEN CRT-P W275	Nouvelles données	26 août 2020	Programmé	Aucun(e)	Sous surveillance	Retirer de la liste de vérification Menu Rapports

Figure 2-4. Page Visualiser la Liste des Patients

Les sous-sections ci-après décrivent les filtres, boutons et colonnes disponibles pour naviguer de manière efficace dans **Visualiser la Liste des Patients** :

Filtres

Deux outils sont mis à votre disposition pour vous aider à sélectionner et à filtrer les listes de patients :

1. Menu déroulant **Visualisation du groupe de patients** – Affiche la liste des groupes de patients auxquels est affecté l'utilisateur.

2. Filtres – Chacun des filtres suivants peut être utilisé pour réduire le nombre de patients au sein de groupes spécifiques de patients :

- **Tous les patients** – Répertorie tous les patients de groupes de patients donnés. Les patients sont répertoriés par ordre alphabétique.
- **À vérifier** – Recense les patients dont les données n'ont pas encore été traitées. Les données à revoir comprennent les données associées aux alertes, les **suivis à distance programmés** ou les **interrogations initiées par le patient**. Les patients apparaissent dans l'ordre de gravité de l'alerte, puis dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille. La liste **À vérifier** constitue le paramètre par défaut lors de la première de l'utilisateur. Après la connexion initiale, la page mémorise et conserve la sélection de filtre la plus récente pour afficher les patients.
- **Suivi manqué** – Répertorie les patients n'ayant pas réalisé leur suivi à distance programmé. Les patients sont répertoriés dans l'ordre chronologique de leur date de suivi à distance, en commençant par la date la plus récente.
- **Non surveillé** – Répertorie les patients n'étant actuellement pas surveillés. Voir "État du suivi/Date" en page 2-10. Les patients sont répertoriés dans l'ordre selon lequel l'état **Non surveillé** a été déterminé, le plus récent apparaissant en premier.
- **Non programmé** – Répertorie les patients n'ayant actuellement pas de suivi à distance programmé. Les patients sont répertoriés par ordre alphabétique.

REMARQUE : Un patient peut apparaître plusieurs fois dans une liste filtrée. Ceci peut se produire si un médecin est affecté à deux groupes de patients différents, et que ces deux groupes suivent tous deux ce patient. Dans ce cas, chaque entrée relative à ce patient contiendra le nom du groupe de patients qui lui est associé.

Boutons

- **Menu Rapports pour les patients sélectionnés**

Vous pouvez générer des rapports pour un ou plusieurs patients en sélectionnant les cases situées à côté du nom correspondant et en cliquant sur le bouton **Menu Rapports pour les patients sélectionnés**. Une fenêtre différente s'ouvre : vous pourrez y générer un ou plusieurs rapports. Lorsque vous générez des rapports, un unique fichier PDF est créé pour chaque demande de rapport. L'utilisateur peut imprimer et sauvegarder les rapports. Le **Menu Rapports** est également disponible pour chaque patient individuel.

- **Imprimer la Liste des Patients**

Ce bouton permet de créer un rapport qui inclut tous les patients répertoriés au moyen du filtre choisi.

- **Retrait de la Liste à vérifier**


Vous pouvez retirer un ou plusieurs patients de la liste à vérifier en sélectionnant les cases situées à côté du nom correspondant et en cliquant sur le bouton **Retrait de la liste à vérifier**. La fonction **Retrait de la liste à vérifier** est également disponible pour chaque patient individuel dans la liste **À vérifier**.

Colonnes

- ☒ **Case à cocher**

Vous pouvez cocher cette case pour un ou plusieurs patients. Les boutons **Menu Rapports pour les patients sélectionnés** et **Retrait de la liste à vérifier** situés en haut de la liste des patients, sont appliqués à tous les patients dont vous venez de cocher la case.

- **Identifiant Patient/Patient/Dispositif**

Il suffit de cliquer sur l'identifiant patient pour voir des informations détaillées sur ce patient.  indique une note à propos du patient. Passez sur l'icône pour lire le texte. Cliquez sur l'icône pour ajouter du texte ou le modifier.

REMARQUE : Une note à propos du patient est créée depuis la page de résumé du patient.

- **État de la vérification**

Donne des informations sur l'état de la vérification relative au patient (par exemple, **Nouvelles données**, **Visualisé**, **Retiré**). Cliquez sur l'état pour obtenir des informations supplémentaires quant aux actions effectuées par les utilisateurs du dossier patient.

- **Dernière transmission du dispositif**

Cette date correspond à la dernière fois où une interrogation complète a été effectuée à partir du dispositif implanté du patient.

- **Alertes**

Indiquent qu'une ou plusieurs alertes relatives au patient n'ont pas été traitées. Les alertes perdurent entre le moment où le patient est mis sur la liste des patients **à vérifier** et le moment où il en est retiré. Le drapeau affiché indique l'alerte dont la gravité actuelle est la plus importante pour ce patient. Cliquez sur le drapeau pour obtenir une liste détaillée des alertes.



Un drapeau rouge indique que le patient présente une ou plusieurs alertes rouges ou des alertes rouges et jaunes, et que ces dernières n'ont pas été traitées.



Un drapeau jaune vous avertit qu'un patient présente une ou plusieurs alertes jaunes et que ces dernières n'ont pas été traitées.



Aucun drapeau

Aucune alerte n'a été détectée.

- **Motif de la vérification**

Indique la raison pour laquelle le patient a été ajouté à la liste de patients **À vérifier**. Les motifs de la vérification incluent :

- **Programmé**
- **Initié par le patient**
- **Modification du poids**
- **Alerte du dispositif implanté**
- **Plusieurs motifs**

Cliquez sur la raison pour obtenir des informations plus détaillées concernant la vérification (par exemple, les dates de transmission, les dates suivantes et les informations résumées relatives aux données à vérifier).

- **Prochain suivi à distance**

Indique la date du prochain suivi à distance programmé du patient. Il suffit de cliquer sur cette date pour afficher le calendrier de programmation et établir une nouvelle date du suivi à distance pour le patient concerné.

- **État du suivi/Date**

Indique l'état de surveillance actuel du patient. Un patient est considéré comme sous surveillance dès que son Communicateur est activé, qu'il a communiqué avec son dispositif implanté, et qu'il parvient à vérifier les Alertes et à fournir les données du dispositif tel que configuré par l'utilisateur du centre.

Lorsque le système LATITUDE NXT identifie que la surveillance ne se passe pas comme prévu, l'état du patient passe à Non surveillé et l'une des indications d'état suivantes s'affiche, ainsi que la date à laquelle l'état a été déterminé.

- **Patient transféré** – S'applique uniquement pour le centre à partir duquel le patient a été transféré. (Aucune date n'est indiquée pour cette indication d'état).
- **Pas de centre principal** – Afin d'être surveillé à distance, le patient doit appartenir à un centre de référence.
- **Communicateur non attribué** – Le patient ne dispose actuellement pas de Communicateur attribué.
- **Dispositif implanté remplacé** – Reste affiché tant que le Communicateur n'a pas réussi à recueillir les données provenant du nouveau dispositif implanté et à les envoyer vers le serveur LATITUDE NXT.
- **Communicateur non configuré** – Reste affiché tant que le Communicateur n'a pas réussi à recueillir les données provenant du dispositif implanté et à les envoyer vers le serveur LATITUDE NXT.
- **Contrôle à distance désactivé** – S'affiche en raison d'une capacité limitée des piles du dispositif implanté.
- **Appareil implanté introuvable** – Le Communicateur n'a pas réussi à communiquer avec le dispositif implanté depuis 14 jours ou plus depuis la date à laquelle l'interrogation était prévue.
- **Incompatibilité logicielle** – Le Communicateur ne prend pas en charge le logiciel actuel du dispositif implanté.
- **Communicateur non connecté** – Le Communicateur ne s'est pas connecté au serveur LATITUDE NXT depuis au moins 14 jours.

Un patient peut présenter plus d'un état **Non surveillé** à un moment donné. Dans ce cas, l'état le plus récent est s'affiche sur la page **Visualiser la Liste des Patients**. Tous les autres états s'affichent dans les pages relatives aux détails du patient.

REMARQUE :  indique que le patient a actuellement plus d'un état **Non surveillé**.

Une fois la notification reçue, c'est au médecin qu'il appartient de résoudre la situation. Il peut orienter le patient vers le Service Client ou le Service aux patients LATITUDE, le cas échéant, au cas où le médecin ne serait pas en mesure de remédier à la situation. Pour plus d'informations, voir "Service Client LATITUDE" en page 1-9. L'identification et la notification des alertes ne s'effectueront pas tant que la situation n'est pas résolue.

En cliquant sur cet état, vous ouvrirez une fenêtre qui affichera la section des Guides de résolution des problèmes qui s'y rapporte.

• Actions

Ces boutons sont des liens permettant de retirer un patient de la liste des patients à vérifier ou de générer des rapports pour un patient donné.

REMARQUE : Lorsque le filtre **Non surveillé** est sélectionné sur la page **Visualiser la Liste des Patients**, la colonne **Actions** est remplacée par la colonne **Notes à propos du patient**.

Mise en forme et impression de rapports sur les patients

Vous pouvez générer un ou plusieurs rapports pour des patients individuels ou pour plusieurs patients à la fois. Ces rapports utilisent les données provenant de la dernière transmission de données du dispositif. Lorsque vous imprimez des rapports, les informations du rapport sont récupérées et un unique fichier PDF est généré pour chaque demande de rapport. Lorsqu'un ou plusieurs rapports sélectionnés sont générés, l'utilisateur peut imprimer et sauvegarder les rapports.

Vous pouvez imprimer plusieurs rapports individuels à la fois. Si vous essayez d'imprimer plus que le nombre maximum de rapports autorisé, le système vous recommande d'imprimer moins de rapports.

Les rapports suivants sont disponibles pour les dispositifs implantés applicables :

- Rapport Quick Notes/Rapport récapitulatif S-ICD
- Rapport EGM/S-ECG temps réel le plus récent
- Rapport de suivi combiné
- Rapport gestion Insuff. Card.
- Rapport d'arythmie atriale
- Rapport registre des arythmies
- Rapport Détail de l'événement
- Rapport param. appareil

Sélectionnez un ou plusieurs rapports, puis cliquez sur **GÉNÉRER RAPPORT(S)**.

Les rapports Quick Notes/Récapitulatif S-ICD, de suivi combiné, d'EGM/S-ECG en temps réel, d'arythmie atriale et de gestion de l'insuffisance cardiaque sont disponibles pour les interrogations antérieures à partir de la page **Historique des suivis** du patient. La page **Historique des suivis** répertorie les interrogations à distance ayant entraîné l'ajout d'un patient à la liste des patients à vérifier.


La date, l'heure et le nom de l'utilisateur qui a généré les rapports sont consignés et affichés dans la fenêtre contextuelle de **Vérification**. Le bouton **Menu Rapports** apparaît sur toutes les pages du site Internet contenant la liste des patients ou les données de patients.

OUTIL RECHERCHER DES PATIENTS

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible en Norvège. Par conséquent, l'élément de menu **Rechercher des patients** n'apparaîtra pas sur le site Internet LATITUDE NXT en Norvège.

Un lien vers l'outil **Rechercher des patients** se trouve dans la barre de navigation sur toutes les pages du site Internet. L'outil **Rechercher des patients** (affiché sur la figure suivante) permet à l'utilisateur de rechercher les dossiers d'un patient parmi tous ceux auxquels il est autorisé à accéder. Il est possible de remplir un ou plusieurs champs pour rechercher des dossiers de patient. Lorsque plusieurs champs sont remplis, les recherches s'effectuent à l'aide de tous les mots saisis dans chacun des champs.

Si vous cliquez sur le bouton **Rechercher**, cela affichera les dossiers de patient correspondants en dessous des critères de recherche. Les résultats seront présentés dans un tableau similaire à celui de la page **Visualiser la Liste des patients**. À partir du tableau, vous pouvez imprimer la liste des résultats de la recherche, accéder aux détails d'un patient de la liste, imprimer des rapports pour un ou plusieurs patients sélectionnés ou retirer un patient de la liste des patients à vérifier.



LATITUDE™ NXT
Basculer sur LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (Mon Profil) | Langue: Français | Aide/Nous contacter | Déconnexion

Voir la liste des patients
Rechercher des patients
Gérer le centre

Rechercher des patients

Données patient

Nom de famille:

Date de naissance:

Critères de recherche:

Prénom:

Modèle:

Groupe de patients:

Identifiant patient:

Sonde/Électrode/Modèle de stimulateur mCRM:

Informations relatives au prochain suivi à distance

Du:

au:

☐ Utiliser l'exacte correspondance

Menu Rapports pour les patients sélectionnés
Voir la liste de vérification
Imprimer la liste des Patients
Afficher plus

Voir la liste des patients 1 - 2 de 2

Identifiant Patient/ Patient/ Dispositif	État de vérification	Dernière transmission du dispositif	Alertes	Motif de la vérification	Prochain suivi à distance	État du suivi/Date	Actions
<input type="checkbox"/> pid935333 Hughes, Nevaeh ENERGEN ICD F141	NA	Aucun(e)	Aucun(e) NA	Aucun(e) NA	Aucun(e)	Communicateur non configuré 26 août 2020	<input type="button" value="Menu Rapports"/>
<input type="checkbox"/> pid524056 Lee, Jason INGENIO J178	Retiré	26 juin 2020	Aucun(e) NA	Aucun(e) NA	Manqué 24 août 2020	Sous surveillance	<input type="button" value="Menu Rapports"/>

Figure 2-5. Outil Rechercher des patients

INSCRIPTION DES PATIENTS ET GESTION DE L'ÉQUIPEMENT

Cette section fournit des informations sur l'inscription des patients dans le système LATITUDE NXT, sur la commande des équipements (Communicateur et, le cas échéant, balance et tensiomètre) et sur l'envoi des équipements aux patients.

PRECAUTION : Assurez-vous que les paramètres de configuration d'alerte de chaque patient sont appropriés lors de l'inscription du patient et, le cas échéant, lors du remplacement du dispositif implanté.

Inscription de nouveaux patients

Les utilisateurs du centre inscrivent les nouveaux patients en cliquant sur le lien **Inscrire un patient** situé sous l'option de menu **Gérer le centre**, tel qu'illustré sur la figure suivante. Les patients sont identifiés dans le système LATITUDE NXT par leur date de naissance, ainsi que par le modèle et le numéro de série de leur dispositif implanté.

Figure 2-6. Page d'inscription des patients

Les utilisateurs du centre doivent affecter le patient à un groupe de patients à partir d'une liste sélectionnable avant d'envoyer le formulaire constitué de plusieurs pages Internet. Une confirmation d'inscription s'affiche et peut être imprimée.

L'inscription d'un patient dans le système LATITUDE NXT n'est terminée qu'une fois le modèle et le numéro de série du Communicateur fournis. Au cours de l'inscription du patient, l'utilisateur du centre saisit le modèle et le numéro de série du Communicateur du patient.

S'il est prévu que le patient utilise une balance ou un tensiomètre, les modèles et numéros de série de ces derniers peuvent être saisis lors de l'inscription ou ultérieurement par le biais des pages **Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement**. L'utilisateur du centre doit également saisir le fuseau horaire du patient, le cas échéant.

Commande et distribution de l'équipement

Les centres peuvent commander des Communicateurs, des balances et des tensiomètres en contactant le Service Client LATITUDE. Les modèles et numéros de série sont saisis lors de l'inscription mais peuvent être mis à jour ultérieurement par le biais des pages **Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement**.

Les centres peuvent également commander des adaptateurs cellulaires ou Internet en contactant le Service Client LATITUDE. L'enregistrement des numéros de série des adaptateurs n'est pas requis.

Inscription de patients existants

Si un patient a déjà été inscrit dans le système LATITUDE NXT, ses données existantes seront mises à la disposition du nouveau centre dès que son inscription aura été finalisée. Les utilisateurs du nouveau centre verront les données patient les plus récentes, mais ne pourront avoir accès aux historiques des suivis ou des alertes. Si un patient a déjà été inscrit, la date de naissance saisie au cours de l'inscription doit correspondre à la date enregistrée dans le système afin de finaliser l'inscription. Veuillez contacter le Service Client LATITUDE si vous avez besoin d'aide.

REMARQUE : Les patients de Norvège qui ont été précédemment inscrits ne pourront pas toujours être inscrits dans un nouveau centre, et leurs données existantes pourront ne pas être mises à la disposition d'un nouveau centre. Veuillez contacter le Centre d'appel LATITUDE pour obtenir de l'aide. Voir "Service Client LATITUDE" en page 1-9.

Informations pour les patients

Bien que chaque patient reçoive un manuel du patient et un Guide Quick Start avec son Communicateur, nous conseillons au centre de fournir des instructions générales de fonctionnement et de configuration relatives au Communicateur au moment de l'envoi, afin que les patients puissent se familiariser avec son utilisation. Des exemplaires supplémentaires du manuel du patient et du Guide Quick Start peuvent être commandés à l'aide des renseignements au verso du manuel du médecin ou en contactant le Service Client LATITUDE.

Le manuel du patient est également disponible en ligne, à l'adresse www.bostonscientific-elabeling.com.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Après avoir affecté un Communicateur à un patient, ce dernier apparaît dans la liste **Non surveillé**. L'état du Communicateur est défini sur **Communicateur non configuré**. Pour apparaître avec un état **Sous surveillance**, le patient doit finaliser la configuration de son Communicateur.

COMMUNICATEUR SANS FIL À ONDES : Le patient appuie sur le bouton Cœur blanc clignotant pour lancer la configuration du Communicateur. Durant la procédure initiale de configuration, le Communicateur effectue une **interrogation initiée par le patient (IIP)**. Lorsque le patient a finalisé la configuration de son Communicateur, son état passe à **Sous surveillance**.

COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE : Le patient procède à la configuration en suivant les instructions sur l'écran du Communicateur. Au cours de la procédure initiale de configuration, le Communicateur confirme l'identité du dispositif implanté mais n'effectue pas d'interrogation. Le patient passe à l'état **Sous surveillance** dès que le Communicateur signale au serveur LATITUDE NXT qu'il a terminé une interrogation (la procédure peut prendre jusqu'à huit jours) ou lorsque le patient effectue une **interrogation initiée par le patient (IIP)**.

Si le patient éprouve des difficultés à effectuer l'installation, les utilisateurs du centre peuvent cliquer sur le lien **Communicateur non configuré** pour obtenir des recommandations relatives à la résolution de problèmes.

GESTION DES PATIENTS

Les informations suivantes visent à aider les utilisateurs du centre à gérer les patients LATITUDE.

Modification des données démographiques et des informations relatives à l'équipement du patient

Les utilisateurs peuvent afficher et modifier les informations relatives aux données démographiques, à l'appareil implanté et à l'équipement LATITUDE à la page **Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement** en cliquant sur le nom du patient à la page **Afficher la liste des patients**. La mise à jour de certaines données ne peut être effectuée que par certains utilisateurs du centre de référence.

Si le patient doit effectuer le remplacement de son équipement LATITUDE, ses informations de configuration doivent être mises à jour au moyen des nouveaux numéros de modèle et de série.

REMARQUE : Si le dispositif implanté du patient est remplacé, vous ne pourrez plus accéder à toutes les données téléchargées, l'historique des suivis, et l'historique des alertes provenant de l'ancien dispositif. Nous vous conseillons d'imprimer tous les rapports souhaités avant de mettre à jour le dispositif implanté.

Les actions effectuées par le Communicateur dépendent de l'heure. Si le patient déménage ou qu'il se rend dans un pays avec un fuseau horaire différent, il sera nécessaire de sélectionner le nouveau fuseau horaire dans lequel va être utilisé le Communicateur, sur la page **Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement**.

Les patients disposant d'un COMMUNICATEUR SANS FIL À ÉCRAN TACTILE peuvent sélectionner leur fuseau horaire sur l'écran de leur Communicateur.

Le Communicateur, la balance et le tensiomètre sont conçus pour être utilisés par un unique patient. Le Communicateur, la balance et le tensiomètre reçus par un patient ne peuvent pas être reconfigurés et/ou distribués à un patient différent.

Modification des groupes de patients

Les centres qui séparent les patients en groupes de patients peuvent modifier cette organisation sur la page **Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement** :

- Le patient peut être transféré d'un groupe de patients à un autre. Seuls les utilisateurs du centre affectés à ce nouveau groupe de patients pourront avoir accès aux informations de ce patient. Cette modification n'affecte pas les données ou l'état du patient sur la page **Visualiser la Liste des Patients**.
- Le patient peut être associé à un second groupe de patients. L'utilisateur doit préciser quel est le groupe de référence (celui qui suit le dispositif du patient) et quel est le groupe secondaire. Les utilisateurs affectés tant au groupe de patients d'origine qu'au groupe de patients secondaire auront accès aux données du patient. Les utilisateurs du groupe de patients secondaire auront accès aux données actuelles du patient mais ne seront pas avertis des alertes rouges ni ne verront les historiques des suivis ou des alertes associés au groupe de patients principal.

Transfert de patients

Les patients peuvent être transférés d'un centre existant à un autre centre, après approbation du patient. Lorsqu'un nouveau centre inscrit un patient, l'utilisateur du centre précédent est averti que le patient est suivi par un autre centre. Dès lors que l'utilisateur du nouveau centre indique que le patient a autorisé le transfert, l'inscription peut être finalisée et le patient est immédiatement transféré vers l'autre centre.

Les utilisateurs du nouveau centre auront accès aux données actuelles du patient ainsi qu'aux alertes non traitées provenant du centre précédent. Ils ne verront pas les historiques des suivis et des alertes du centre précédent.

L'utilisateur du centre précédent verra que l'état du patient est **Patient transféré**. Les informations relatives aux historiques de suivi sont disponibles pour permettre l'impression des rapports souhaités. Aucune nouvelle donnée ne sera visible pour les utilisateurs du centre précédent. Le centre précédent peut désinscrire le patient en cliquant sur le bouton **Désinscrire le patient** à la page **Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement**.

REMARQUE : En Norvège, les patients ne peuvent pas toujours être transférés d'un centre existant à un autre centre. Veuillez contacter le Service Client LATITUDE pour obtenir de l'aide.

Désinscription de patients

Les patients peuvent être désinscrits par un utilisateur du centre si celui-ci clique sur le bouton **Désinscrire le patient** sur la page **Modifier/afficher les informations du patient et de l'équipement**. La désinscription du patient interrompt automatiquement l'accès aux dossiers du patient.

Si le patient est désinscrit du centre de référence, la surveillance et le recueil des données du système LATITUDE NXT seront suspendues. Si le patient est toujours inscrit dans un centre secondaire, ce centre verra alors l'état du patient basculer sur **Pas de centre principal**. Les données existantes du patient seront toujours visibles au centre secondaire, mais aucune nouvelle donnée ne sera envoyée tant que le patient n'aura pas à nouveau un centre de référence.

REMARQUE : Les centres sont responsables de la désinscription des patients si ces centres cessent de fonctionner. Si un centre ferme, le personnel de Boston Scientific peut contacter les patients qui y sont inscrits.

GESTION DES GROUPES DE PATIENTS

Vous pouvez visualiser la liste des groupes de patients existants via **Gérer le centre > Gérer les paramètres du centre**. Les utilisateurs du centre ne peuvent avoir accès qu'aux groupes de patients qui leur sont affectés.

Ajout de groupes de patients

Un responsable LATITUDE du centre peut ajouter un Groupe de patients en cliquant sur le bouton **Ajouter un groupe de patients** de la page **Gérer les paramètres du centre**. L'ajout d'un groupe de patients affecte automatiquement tous les responsables LATITUDE du centre à ce groupe de patients. Un second écran s'affiche et permet d'affecter des utilisateurs du centre supplémentaires à ce groupe de patients.

Suppression de groupes de patients

Les responsables LATITUDE du centre peuvent supprimer des groupes de patients, mais uniquement si aucun patient n'est inscrit dans les groupes concernés. Pour supprimer un groupe de patients, cliquez sur le bouton **Modifier/afficher les paramètres de l'utilisateur** associé à un groupe de patients sur la page **Gérer les paramètres du centre**. Cliquez ensuite sur le bouton **Supprimer le groupe de patients**.

Autres fonctions de gestion des groupes de patients

D'autres fonctions de gestion des groupes de patients sont disponibles à partir de la page **Gérer les paramètres du centre** :

- **Modifier/Afficher les Valeurs par défaut du groupe de patients** – sélectionner ce bouton associé à un Groupe de patients permet aux utilisateurs du centre de gérer les **Suivis à distance programmés**, le **Suivi hebdomadaire des alertes du dispositif implanté**, les **Interrogations initiées par le patient** et la **Configuration des alertes**.
- **Modifier/Afficher les Données démographiques et l'adhésion de l'utilisateur** – sélectionner ce bouton associé à un groupe de patients permet aux utilisateurs du centre de mettre à jour le nom et le descriptif du groupe de patients et de voir qui sont les autres utilisateurs affectés à ce groupe. Les responsables LATITUDE du centre peuvent affecter ou retirer des utilisateurs du centre du groupe de patients. Veuillez prendre note que les responsables LATITUDE du centre sont affectés à tous les groupes de patients et qu'ils ne peuvent pas être retirés d'un groupe de patients.
- **Afficher/Modifier les données démographiques du centre** – sélectionner ce bouton permet aux utilisateurs du centre de mettre à jour les **Informations générales**, la case à cocher **Les mots de passe utilisateur expirent tous les 180 jours**, les **Coordonnées** et d'inclure ou non le **Nom du centre dans la notification d'alerte**.

GESTION DES COMPTES D'UTILISATEUR

Les gestionnaires de comptes du centre ont accès à toutes les fonctions de gestion des comptes de chaque utilisateur du centre (à l'exception d'eux-mêmes) via **Gérer le centre > Gérer les utilisateurs du centre > bouton Modifier/Afficher les données et paramètres d'accès > page Mettre à jour l'utilisateur du centre**. Le Gestionnaire de comptes du centre peut accéder à sa propre page **Mettre à jour l'utilisateur du centre** en cliquant sur le lien **Mon profil** associé à son nom en haut de chaque page du site Web de LATITUDE.

Ajout de comptes d'utilisateur

Les comptes d'utilisateur du centre peuvent être ajoutés par les responsables LATITUDE du centre. Pour ajouter un utilisateur, appuyez sur le bouton **Ajouter un utilisateur du centre** sur la page **Gérer les utilisateurs du centre**. La page **Ajouter un utilisateur du centre** présente une série de champs de saisie de données obligatoires et facultatives. L'ajout d'un compte comprend la sélection des privilèges d'un utilisateur et son affectation aux groupes de patients souhaités.

Suppression de comptes d'utilisateur

Les comptes d'utilisateur du centre peuvent être supprimés par les responsables LATITUDE du centre. Pour supprimer un utilisateur, cliquez sur le bouton **Modifier/Voir les données et les paramètres d'accès** associé à cet utilisateur sur la page **Gérer les utilisateurs du centre** puis cliquez sur le bouton **Supprimer le membre du centre**. La suppression d'un compte prive le médecin de son accès aux données patient et efface le compte de cet utilisateur.

Le centre est tenu de s'assurer de la suppression des comptes pour les utilisateurs qui ne sont plus employés par le centre ou qui ne doivent plus avoir accès aux données patient dans le système LATITUDE NXT.

Les utilisateurs qui ne se sont pas connectés durant une longue période sont considérés comme inactifs et peuvent être supprimés.

Mettre à jour la page de l'utilisateur du centre

Des fonctions de gestion des comptes supplémentaires sont disponibles pour le responsable LATITUDE du centre et l'utilisateur du centre à la page **Mettre à jour l'utilisateur du centre**.

- Le Responsable Latitude du Centre peut accéder à cette page en sélectionnant **Gérer le centre > Gérer les utilisateurs du centre**, puis en sélectionnant le bouton **Modifier/Voir les données et les paramètres d'accès** associé à un utilisateur.
- Un utilisateur du centre peut accéder à la page **Mettre à jour l'utilisateur du centre** en cliquant sur **Mon Profil**, associé à son nom en haut de chaque page.

Le tableau suivant affiche les fonctions disponibles à la page **Mettre à jour l'utilisateur du centre** :

Fonction	Description	Responsable Latitude du centre pour tous les utilisateurs du centre (sauf eux-mêmes)	Utilisateur du centre (et Responsable Latitude du centre via Mon Profil)
Informations pour l'utilisateur	Inclut le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail.	X	X
Langue et pays du site Web	Peut également être modifié à la page de connexion. Voir "Connexion et déconnexion" en page 2-2.		X
Informations de connexion, Identifiant et mot de passe de l'utilisateur	Modifier l'identifiant de l'utilisateur	X	X
	Réinitialiser le mot de passe <ul style="list-style-type: none"> Si les utilisateurs oublient leur mot de passe, cette fonction peut être utilisée par le responsable LATITUDE du centre pour leur attribuer un mot de passe temporaire. Il suffit de cliquer sur le bouton Réinitialiser le mot de passe pour attribuer un nouveau mot de passe pour le compte et afficher un mot de passe temporaire dans la fenêtre qui s'ouvrira. L'utilisateur utilisera le mot de passe temporaire lors de la prochaine tentative de connexion, mais il sera ensuite invité à créer un nouveau mot de passe. 	X	
	Modifier le mot de passe		X
Informations de connexion, Sécurité	Afficher/Modifier les questions de sécurité		X

Fonction	Description	Responsable Latitude du centre pour tous les utilisateurs du centre (sauf eux- mêmes)	Utilisateur du centre (et Responsable Latitude du centre via Mon Profil)
Informations de connexion, Sécurité	Obtenir le code de vérification bifactorielle – (indisponible à certains endroits) En cas d'authentification bifactorielle requise, le responsable LATITUDE du centre peut créer un code de vérification temporaire pour permettre à un utilisateur du centre de l'utiliser lors de sa prochaine connexion, qui doit avoir lieu dans les 10 minutes qui suivent. Le lien pour créer le code de vérification se trouve dans la section Informations de connexion/Sécurité . Voir également "Connexion et déconnexion" en page 2-2.	x	
Paramètres d'accès	Permet d'attribuer des Privilèges et des Groupes de patients concernés .	x	
Vue Patient souffrant d'insuffisance cardiaque	Fournit la case à cocher Activer la vue Patient souffrant d'insuffisance cardiaque , qui envoie l'utilisateur directement vers l'onglet Santé lors de la sélection du nom du patient à la page Afficher la liste des patients .	x	x

MOTS DE PASSE

Les mots de passe ne peuvent pas être récupérés, même par un administrateur. Les règles et les suggestions quant au choix d'un mot de passe sécurisé sont indiquées sur le site Internet LATITUDE.

Un responsable Latitude du centre peut indiquer si les mots de passe expirent 180 jours après avoir été créés ou n'expirent jamais via **Gérer le centre > Gérer les paramètres du centre > page Modifier/Afficher les données démographiques du centre**. Un compte d'utilisateur est bloqué après six tentatives consécutives de connexion au moyen d'un mot de passe (ou d'un code de vérification en Europe) incorrect. Si son compte est bloqué, un utilisateur peut le débloquent en répondant correctement à une question de sécurité. Un responsable LATITUDE du centre peut également réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Voir "Mettre à jour la page de l'utilisateur du centre" en page 2-18 et "Réinitialisation d'un mot de passe oublié" en page 2-20.

REMARQUE : Les mots de passe expirent trois mois après leur création en Italie.

Mots de passe temporaires

Lorsqu'un responsable LATITUDE du centre crée un compte ou réinitialise le mot de passe pour un utilisateur du centre, un mot de passe temporaire à utilisation unique lui est affecté. Le Gestionnaire de comptes du centre remet ce mot de passe à l'utilisateur du centre. Ce dernier doit modifier ce mot de passe lors de sa première connexion.

Les mots de passe temporaires expirent six mois après leur création.

REMARQUE : En Italie, les mots de passe temporaires expirent trois mois après leur création.

Questions de sécurité

Il sera demandé à l'utilisateur du centre de modifier son mot de passe lors de sa première connexion avec son mot de passe temporaire. L'utilisateur du centre doit saisir des réponses à trois questions sélectionnées relatives à la sécurité.

L'utilisateur devra répondre à l'une de ces questions de sécurité s'il oublie son mot de passe et devra le réinitialiser. Les utilisateurs du centre peuvent également demander à leur responsable LATITUDE du centre de réinitialiser leur mot de passe. Se reporter à "Réinitialisation d'un mot de passe oublié" en page 2-20.

Modification du mot de passe

Un utilisateur du centre peut modifier son propre mot de passe en cliquant sur le lien **Mon Profil** associé à son nom en haut de chaque page sur le site Internet LATITUDE, puis en cliquant sur le lien **Modifier le mot de passe** dans la section **Informations de connexion**. Saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe comme indiqué sur la figure suivante. Cliquez sur le bouton **Enregistrer et fermer**. Le nouveau mot de passe sera effectif lors de la prochaine connexion.

Figure 2-7. Modifier le mot de passe

Réinitialisation d'un mot de passe oublié

Si un utilisateur du centre oublie son mot de passe ou que l'accès à son compte a été bloqué, le mot de passe peut être réinitialisé à tout moment en utilisant le lien **Mot de passe oublié ?** (comme illustré sur la figure suivante). Pour pouvoir réinitialiser le mot de passe, il faut répondre à l'une des questions de sécurité. Le responsable de compte du centre peut également réinitialiser un mot de passe.

Figure 2-8. Mot de passe oublié ? Lien

INTÉGRATION AU SYSTÈME DMI

La fonction optionnelle d'intégration au système de dossiers médicaux informatisés (DMI) LATITUDE, offre, si activée, une méthode automatisée d'export des données provenant du dispositif d'un patient vers l'application DMI interne d'un centre. Au besoin, les médecins peuvent consulter les spécifications de Boston Scientific relatives à l'intégration d'Observation de dispositifs cardiaques implantables (Implantable Device Cardiac Observation ou IDCO) pour obtenir plus de détails sur la façon dont les données du dispositif sont converties en messages IDCO, lesquels sont utilisés pour transférer les données patient à l'application DMI.

Ces données peuvent comprendre des fichiers PDF du rapport EGM/S-ECG en temps réel, du rapport de suivi combiné, du rapport gestion Insuff. Card., du rapport registre des arythmies et du rapport Détail de l'événement, si ceux-ci sont disponibles. Certaines applications DMI n'acceptent pas ce type de données. Lorsqu'elle est autorisée, l'intégration DMI permet d'exporter les données de tous les patients appartenant à tous les groupes de patients au sein de votre centre.

La fonction d'intégration DMI vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Activer et désactiver l'intégration DMI au besoin (par défaut, cette fonction est désactivée).
- Exporter les données patient, conformément à la configuration, vers votre application DMI à chaque fois qu'un patient apparaît dans la liste **À vérifier**, sauf dans le cas d'un écart de poids. Les données fournies sont associées aux **alertes du dispositif implanté**, aux **suivis à distance programmés** et aux **interrogations initiées par le patient**.
- Sélectionner le format des données pour votre application DMI.
- Afficher les détails de chaque export de données, notamment l'heure système et l'état d'export.
- Renvoyer les données DMI.

REMARQUES :

- Le système LATITUDE NXT exporte uniquement les fichiers DMI lorsque la case **Activer l'intégration DMI** a été cochée sur le site Internet LATITUDE NXT. Le système ne crée pas ni n'exporte de fichiers DMI relatifs aux données reçues et concernant l'interrogation du patient si l'intégration DMI n'est pas activée. Se reporter à "Configuration de l'intégration DMI" en page 2-22.
- Des difficultés de connexion peuvent retarder ou empêcher la livraison de fichiers DMI vers l'application DMI. Le système LATITUDE NXT constitue le système de dossiers pour le suivi à distance des patients. Les médecins ne doivent pas se reposer sur la présence de données se trouvant dans l'application DMI pour déterminer si un suivi à distance ou une **alerte du dispositif implanté** s'est produite.
- Une alerte de poids ne donne pas lieu à un export des données du DMI. Les mesures des capteurs ne sont pas exportées.
- Toute modification de données au sein de l'application DMI ne changera en rien les données présentes dans le système LATITUDE NXT.
- Il est possible que certaines applications DMI ne puissent pas importer directement les données LATITUDE NXT. Vous ou votre prestataire DMI pouvez devoir vous procurer un logiciel supplémentaire afin de pouvoir importer les données LATITUDE NXT dans votre application DMI. Des informations techniques sont disponibles séparément dans les documents de spécifications de Boston Scientific concernant l'intégration IDCO et HL7.
- Si une tentative d'export d'un fichier DMI échoue, le système LATITUDE NXT continue à essayer d'exporter ce fichier vers votre application DMI pendant une période allant jusqu'à 30 jours. Après cette période, le système LATITUDE NXT cessera toute tentative d'export du fichier DMI et affichera l'état **Échec**. Si cela se produit, vous pouvez essayer de renvoyer les données en utilisant le bouton **Renvoyer**.

Configuration de l'intégration DMI

La fonction d'intégration DMI de LATITUDE doit être activée et configurée avant que les fichiers DMI puissent être exportés vers une application DMI interne du centre.

Installation, configuration et enregistrement du logiciel d'intégration DMI

Le logiciel d'intégration DMI sera en général installé sur le serveur de l'application DMI du centre ou sur un autre serveur du centre plutôt que sur un poste de travail individuel. Afin d'installer le logiciel d'intégration DMI, vous aurez peut-être besoin d'un accès administrateur sur le système cible. Si vous n'êtes pas familier avec l'installation de votre système cible ou de l'application DMI, veuillez prendre contact avec le professionnel du service informatique responsable de la gestion des systèmes du centre.

Effectuez les étapes suivantes pour installer le logiciel d'intégration du DMI (les chiffres des figures renvoient à l'étape correspondante) :

1. Accédez à la page **Gérer l'intégration DMI** à partir de la liste déroulante **Gérer le centre**.
2. Cliquez sur le bouton **Modifier/afficher la configuration DMI** :




Figure 2-9. Zone Modifier/afficher la configuration DMI

Boston Scientific

LATITUDE™ NXT
Basculer sur LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (Mon Profil) | Langue: Français | Aide/Nous contacter | Déconnexion

Voir la liste des patients Rechercher des patients Gérer le centre

Modifier/afficher la configuration DMI: Clinic 1AT

Configuration DMI

Dernière Mise À Jour Par

Pour transférer plus d'informations vers votre système DMI, le logiciel d'intégration DMI doit être installé sur votre système DMI, puis activé ci-dessous.

Pour télécharger le logiciel client d'intégration du DMI à LATITUDE™, cliquez ici (5)

(1) En sélectionnant la fonction ACTIVER, vous acceptez et confirmez ce qui suit:

- Vous avez installé l'Export Client DMI sur votre système organisationnel afin de pouvoir télécharger des données LATITUDE sur votre système d'enregistrement de données médicales.
- Vous n'utiliserez pas l'Export Client DMI à d'autres fins sans l'autorisation écrite de Boston Scientific.
- Vous acceptez la responsabilité pour la sécurité des données que vous recevez de la part de Boston Scientific.

Sortie LATITUDE™ NXT (8) Marche	Sortie LATITUDE Clarity™ (8) Marche												
Stimulateur, défibrillateur, CRT et S-ICD	ICM												
* Identifiant centre DMI/CIS : sapid1at.5828119802	* Identifiant centre DMI/CIS : sapid1at-6982695820 (4)												
* Format d'intégration du DMI : Générique HL7 (HL7 2.3.1 ORU Version 1) (9)	* Format d'intégration du DMI : IDCO (IHE PCD-09 révision 2.0) (9)												
Taille maximum du fichier de sortie : 6 Mo	Taille maximum du fichier de sortie : 6 Mo												
Quand envoyer les données	Quand envoyer les données												
<input checked="" type="checkbox"/> Au moment de l'arrivée <i>Remarque : si cette option est désactivée, une action manuelle sera nécessaire pour envoyer les données.</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cause</th> <th>Quand envoyer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programmé</td> <td>Au moment d...</td> </tr> <tr> <td>Quotidienne avec alerte</td> <td>Au moment d...</td> </tr> <tr> <td>Initié par le patient</td> <td>Au moment d...</td> </tr> <tr> <td>Interrogation clinique</td> <td>Au moment d...</td> </tr> <tr> <td>Données mises à jour</td> <td>Au moment d...</td> </tr> </tbody> </table>	Cause	Quand envoyer	Programmé	Au moment d...	Quotidienne avec alerte	Au moment d...	Initié par le patient	Au moment d...	Interrogation clinique	Au moment d...	Données mises à jour	Au moment d...
Cause	Quand envoyer												
Programmé	Au moment d...												
Quotidienne avec alerte	Au moment d...												
Initié par le patient	Au moment d...												
Interrogation clinique	Au moment d...												
Données mises à jour	Au moment d...												
Configuration des rapports	Configuration des rapports												
<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les rapports PDF <input type="checkbox"/> Regrouper tous les rapports dans un PDF unique	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les rapports PDF <input type="checkbox"/> Regrouper tous les rapports dans un PDF unique												
	Sélectionner les rapports à inclure dans le ou les PDF : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rapport de suivi <input checked="" type="checkbox"/> Rapports Détail de l'événement <input checked="" type="checkbox"/> Présentation du rapport S-ECG 												
	Options de rapport supplémentaires :												
	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les tendances et les histogrammes avec les rapports de suivi <input checked="" type="checkbox"/> Pour les rapports de détails sur l'événement avec les événements « Symptôme + Dispositif détecté », raccourcir S-ECG de manière à afficher que la partie de l'événement de dispositif détecté												

Figure 2-10. Page Modifier/afficher la configuration DMI

4. Pour **Sortie LATITUDE Clarity**, sélectionnez un identifiant du centre dans la liste déroulante **Sélectionner l'identifiant du centre**.

- Si vous souhaitez que les exportations soient envoyées vers le même lieu de sortie en tant que LATITUDE NXT, sélectionnez le premier identifiant, qui devrait être identique à l'**Identifiant centre DMI/CIS** illustré dans la section **Sortie LATITUDE NXT**.
- Si vous souhaitez que les exportations soient envoyées vers le lieu de sortie de la sortie LATITUDE NXT, sélectionnez le second identifiant.

Consignez l'identifiant **centre DMI/CIS** pour la sortie souhaitée.

Important : L'identifiant centre est nécessaire afin de finaliser l'enregistrement du logiciel client d'intégration DMI. Cet identifiant est utilisé pour acheminer les dossiers du centre LATITUDE vers l'application DMI du centre.

5. Cliquez sur le lien **cliquer ici** pour télécharger le logiciel d'intégration DMI.
6. Vous êtes ensuite redirigé du site LATITUDE vers un site Internet relatif au logiciel d'intégration DMI qui doit être installé. Suivez les instructions d'installation et d'initialisation qui s'affichent sur ce site Internet.
7. Avant d'activer l'intégration DMI, effectuez l'installation et l'enregistrement du logiciel.

REMARQUE : Dès que l'installation et l'enregistrement sont finalisés, aucune autre configuration du logiciel d'intégration DMI n'est requise. Cependant, le personnel de Boston Scientific peut vous contacter à propos de tâches de configuration supplémentaires.

Activation de l'intégration DMI pour LATITUDE

8. Retournez à la page **Modifier/Afficher la configuration DMI** et appuyez sur le bouton bascule applicable à Sortie LATITUDE NXT ou Sortie LATITUDE Clarity pour activer l'intégration DMI.
9. Sélectionnez le correct **Format d'intégration DMI** dans la liste déroulante. Le format choisi doit être approprié pour votre application DMI. Les formats pris en charge sont répertoriés dans la liste déroulante.
10. Cliquez sur le bouton **Enregistrer et fermer**.

Note : En activant DMI, vous acceptez de vous conformer aux conditions générales suivantes :

- Vous avez installé ce logiciel d'intégration DMI sur le système de votre organisation afin de télécharger les données LATITUDE sur le système d'enregistrement des données médicales de votre organisation.
- Vous n'utiliserez pas le logiciel d'intégration DMI à toute autre fin sans l'accord écrit de Boston Scientific.
- Vous êtes responsable de la sécurité des données reçues de la part de Boston Scientific.

Cliquez sur le lien **Dernière mise à jour par** en haut de la page, pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui affichera l'heure et la date de la dernière modification apportée à la configuration DMI ainsi que le nom de l'utilisateur responsable de ce changement.

Voir le journal DMI

La fenêtre **Afficher le journal DMI**, située dans la partie inférieure de la page **Gérer l'intégration DMI** (voir ci-dessous), répertorie les fichiers DMI pour lesquels la transmission DMI s'applique. Le journal ne mentionne que les patients appartenant à des groupes de patients auxquels l'utilisateur du centre a accès. Les responsables LATITUDE du centre auront accès aux entrées de tous les patients du centre.

Le journal peut être optionnellement filtré en saisissant les dates dans l'un des champs de date ou les deux de la section **Filtrer en fonction de la date de transmission du dispositif** et puis en cliquant sur le bouton **Filtrer**.

Filtrer par date de transmission du dispositif

Du:

jj/mm/aaaa

(p. ex.: 24/01/1950)

au:

jj/mm/aaaa

(p. ex.: 24/01/1950)

Filtrer

Effacer

Voir le journal DMI 1 - 5 de 5

Infos patient	Cause	Date de transmission du dispositif	État	Date/heure de l'état	Actions
ID : pid14111 Kelly, Jordan	Initié par le patient	27 août 2020	En attente de l'ordinateur du centre	27 août 2020 11:05 EDT	Envoyer au DMI
ID : pid14111 Kelly, Jordan	Initié par le patient	27 août 2020	Non initié	27 août 2020 11:04 EDT	Envoyer au DMI
ID : pid14111 Kelly, Jordan	Programmé	27 août 2020	Initié	27 août 2020 11:02 EDT	Envoyer au DMI
ID : pid755600 Cooper, Jason	Initié par le patient	27 août 2020	Échec	27 août 2020 11:00 EDT	Envoyer au DMI
ID : pid592150 White, Ma	Initié par le patient	27 août 2020	Transféré	27 août 2020 10:58 EDT	Envoyer au DMI

Figure 2-11. Fenêtre Voir le journal DMI

Le journal DMI est trié en fonction de la **Date de transmission du dispositif**. Le tableau ci-dessous fournit une description de chaque colonne de la fenêtre **Afficher le journal DMI** :

Colonne	Description
Infos patient	Fournit une liste des noms et identifiants des patients pour lesquels la transmission DMI s'applique.
Cause	Fournit le motif pour lequel l'exportation DMI a été lancée. Les options sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Programmé • Alertes • Initié par le patient • Données mises à jour
Date de transmission du dispositif	Indique la date à laquelle l'interrogation du dispositif associée au fichier DMI a été initiée.
État	<ul style="list-style-type: none"> • Indique l'état en cours de l'exportation. • Cliquer sur le lien État ouvre la fenêtre contextuelle comportant l'historique DMI dans lequel figurent des informations détaillées relatives à ce processus d'exportation DMI. • Les options du paramètre État sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Initié – L'export DMI a été initié. • En attente de l'ordinateur du centre – Toutes les données du fichier ont été traitées et le fichier est prêt à être exporté vers votre application DMI. En général, la livraison du fichier est effectuée en 30 minutes. Si cet état perdure pendant plus de 30 minutes, veuillez contacter l'informaticien responsable du suivi du logiciel d'intégration DMI ou de l'application DMI. • Transféré – Le fichier DMI a été exporté avec succès. • Envoi manuel – Une tentative d'exportation du fichier DMI a été sollicitée. • Échec – La tentative d'export du fichier DMI a échoué. Aucune autre tentative d'export du fichier DMI ne sera effectuée. Dès lors que la raison de l'échec de l'export aura été déterminée, les données DMI pourront être renvoyées. • Non initié – L'exportation DMI n'a pas été initiée en fonction des paramètres de configuration de l'exportation DMI. • Supprimé – La tentative d'exportation du fichier DMI a été initiée, car le patient a été retiré. • Veuillez vous référer à la section de résolution des problèmes du document disponible à la page Web du logiciel d'intégration DMI de LATITUDE (client DMI) pour vous aider avec les erreurs de diagnostic et de résolution de problèmes.
Date et heure de l'état	Indique la date et l'heure de la dernière modification de l'état.
Actions	Si DMI est activé, fournit un bouton actif Envoyer vers DMI . Si DMI n'est pas activé, le bouton est inactif.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Les guides de résolution des problèmes se trouvant sur la page **Aide/Nous contacter** du site Internet LATITUDE NXT visent à aider les médecins à résoudre des problèmes liés aux Communicateurs et aux capteurs des patients. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème lié au Communicateur ou au capteur d'un




patient après avoir suivi les recommandations fournies dans ce guide, demandez au patient de contacter le Service Client LATITUDE adapté au numéro qui figure dans "Service Client LATITUDE" en page 1-9 ou contactez-le vous-même.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Novcojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

SYMBOLES

ANNEXE A

Tableau -1 . Explication des symboles

Symbole	Signification
	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Adresse du sponsor australien

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívát.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht kasutage.
Aegunud versioon. Mην την χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Mην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne pas utiliser.
Version périmée. Nemojte upotrebljavati.
Zastarjela verzija. Ne pas utiliser.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Novcojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívát.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívát.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht kasutage.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne pas utilizar.
Version périmée. Nemojte upotrebljavati.
Zastarjela verzija. Ne utilizzare.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novecojsi versija. Neizmantot.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívát.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2022 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.
92436023-003 FR CE 2022-03

CE 2797

