

Комплект удължител за заден връх (УЗВ) CXR

Инструкции за употреба

Български

Комплект удължител за заден връх (УЗВ) CXR

Инструкции за употреба

3

Rx ONLY

AMS™

bg Български

	bg Да не се стерилизира повторно
	bg Само за еднократна употреба
	bg Прочетете инструкциите за употреба
	bg Стерилизирано чрез пара
	bg Да се използва до: ГГГ-ММ-ДД
	bg Дата на производство
Rx ONLY	bg Внимание: Федералното законодателство (на САЩ) ограничава продажбата на това устройство да се извършва от или по нареждане на лекар.
LOT	bg Партиден номер
REF	bg Каталожен номер
	bg Упълномощен представител за Европейската общност
	bg Производител
	bg Републикуема опаковка

Български

Комплект удължител за заден връх (УЗВ) CXR Инструкции за употреба

Съдържание.

Този комплект удължител за заден връх (УЗВ) съдържа 2 набора УЗВ със следните размери:

4 см, 5 см, 6 см

Показания за употреба

Тези УЗВ са предназначени само за използване с надуваеми цилиндри на протеза за пенис AMS 700™ CXR.

Инструкции

- Следвайте инструкциите в ръководството за операционната зала за имплантирането на цилиндриТЕ AMS 700 CXR.
- Изберете УЗВ с подходяща дължина за всеки цилиндър, който най-добре ще пасне на анатомията на пациента. По желание може да се постигне оразмеряване до стъпка от 1/2 см, като се прикриeli дължината от 0,5 см, 1,5 см или, за дължини над 1,5 см, чрез групирането на една допълнителна дължина от цял сантиметър УЗВ към УЗВ от 1,5 см.
- Натиснете здраво УЗВ надолу към проксималния край на цилиндъра AMS 700 CXR. УЗВ е правилно прикрепен, когато жлебът на цилиндъра се прикриeli към съответния заключващ пръстен на УЗВ и се постигне гладък външен профил. Същият принцип важи и при прикрепянето на допълнителен УЗВ към 1,5 см УЗВ за групиране, за да се постигне дължина с оразмеряване от 1/2 см.
- Леко завъртете всеки УЗВ, за да се уверите, че заключващият пръстен е активиран.

Внимание

1. Не групирайте удължители за заден връх CXR, различни от 1,5 см УЗВ. Ако са групирани други размери УЗВ, тогава заключващият механизъм няма да се активира и удължителите за заден връх може да не останат свързани един с друг.
2. УЗВ CXR не са съвместими с цилиндри CX или LGX.

Доставка и съхранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съдържанието се доставя СТЕРИЛНО. Не използвайте, ако стериилната опаковка е повредена. Ако установите увреждане, се свържете с представителя на AMS.

За употреба само при един пациент. Не използвайте повторно и не подлагайте на повторна обработка или стерилизация. Повторната употреба, обработка или стерилизация може да наруши структурната целост на изделието и/или да доведе до неизправност на изделието, която на свой ред да доведе до нараняване, болест или смърт на пациента. Повторната употреба, обработка или стерилизация може също така да създаде риск от замърсяване на изделието и/или да причини инфектиране на пациента или кръстосани инфекции, включително, но не само, предаването на инфекциозни заболявания от един пациент на друг. Замърсяването на изделието може да доведе до нараняване, болест или смърт на пациента. След употреба изхвърлете продукта и опаковката в съответствие с политиката на болницата, регулаторните органи и/или местното законодателство.

Съхранявайте продукта на чисто, сухо и тъмно място при стайна температура.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia

Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil

Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil

Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: +55 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343

U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems

Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.

230132-23-MH (2017-12)

